

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
08.06.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi CERRAHİ SARF ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KOTER PLAĞI	3 000 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç **12/06/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

KOTER PLAĐI (HASTA DÖNÜŐ ELEKTRODU) TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Dönüş elektrodunun yapısında, hidrojel cins yapışkan olmalıdır.
2. Elektrodun temas empedansı 15 – 135 ohm arasında olmalıdır.
3. Elektrodun boyutları 18,3x11,4 cm, iletken yüzey alanı ise 137cm²'den küçük olmamalıdır.
4. Dönüş elektrodunun iletken kısmı birbirinden ayrı iki bölgeden oluşmalıdır.
Böylece kullanılacağı elektrokoterin REM ve Adaptive REM hasta emniyet sistemine uyum göstermelidir.
5. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.
6. Dönüş elektrodu kablosuz olmalıdır.
7. Hastaya temas yüzeyinde lateks bulunmamalı ve bu belgelenmelidir.
8. Tehlike yaratabilecek sıcaklık artışlarını engellemelidir. Bu konuda AAMI standartlarına sahip olmalıdır.
9. Su geçirmez yapıda olmalıdır.
10. Dokuda kimyasal reaksiyon yaratmayacak yapıda olmalıdır.
11. Uygulama sonunda dokuda yapışkan kalıntı bırakmamalıdır.
12. Hasta takibi için etiketi olmalıdır.
13. Dönüş elektrodu ile birlikte uyumlu kablosuda verilmelidir.