

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
17.06.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ÜROLOJİ A.D ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	CTYHALL (HYACYS T FLAKON) İNTRAVEZİKAL SOD. HYL. MAT.	60 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYEEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 30/06/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

HYCAYST INTRAVEZİKAL INSTILASYON KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(INTERSTITIAL CYSTITIS/ PAINFUL BLADDER SYNDROME - RECURRENT BACTREDIAL CYSTITIS)

1. Materyal yüksek oranda saflaştırılmış hyaluronik asit bazlı en az 120mg/50ml Mukopolisakkarid içermelidir.
2. Mukopolisakkarid moleküler ağırlığı 180-190 kdalton aralığında olmalıdır.
3. Materyalin kolay uygulanması amacı ile malzeme ile birlikte 1 (bir) adet luer lock konektörlü hidrofilik sonda 1(bir) adet luer lock enjektör verilmelidir.
4. Materyal bio uyumlu olmalıdır.
5. Materyal hayvansal bazlı olmamalıdır.
6. Ürünün Ph değeri 7,1 – 7,3 olmalıdır.
7. Ürünün ozmolalite değeri 300-350 aralığında olmalıdır.
8. Ürünün klorür içeriği 4,5 -5,5 mg/ml aralığında olmalıdır.
9. Ürün herhangi bir madde karıştırılmadan kullanılmalıdır.
10. Ürün buhar ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Ürün en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
12. Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
13. ISO ve CE belgelerinden herhangi birisine sahip olmalıdır.
14. Teklif veren firmalar numune vermek zorundadır.
15. Numuneler polikliniğimizde kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
16. UR1081 SUT kodu ile uyumlu olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Şevket Tolga TOMBUL
Üroloji Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi

Dr. Öğrt. Üyesi Gökhan SÖNMEZ
Üroloji Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi