

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
17.06.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KBB A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	VICRYL RAPID 5/0	100 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 27/06/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

26.05.2022

HIZLI EMİLEN POLYGLACTİN 910 SÜTÜR

- 1- Malzeme içeriği polyglactin 910 olmalıdır.
- 2- Sentetik, emilen, örgülü yapıda olmalıdır.
- 3- Malzeme İçeriği %90 glicoloic acid + % 10 lactic acid olmalıdır.
- 4- Sütürler kaplamalı olmalı ve kaplamasının içeriği polyglactin 370 olmalıdır.
- 5- Cerrahi sütürün kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, ana gövde ile uyumlu olması için aynı hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
- 6- Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli ve dokuyu yırtmamalıdır.
- 7- Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında 5. gün %50, 10-14. gün %0 olmalıdır.
- 8- Vücuttan tamamen atılımı 42 gün içerisinde olmalıdır.
- 9- Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Üzerine bakteri yerleşek boşluklar olmamalıdır.
- 10- Düğüm tam oturmalı ve düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
- 11- Düğüm hafızası olmamalıdır.
- 12- İğne dokudan geçtikten sonra sütür dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenmemelidir.
- 13- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.
- 14- Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.
- 15- Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
- 16- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 17- İğne ve sütüre çapı birbirine uyumlu olmalıdır.
- 18- İğne sütüre birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır.
- 19- İğne ile sütür birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmış, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır.
- 20- Sütür paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır.
- 21- Ambalaj sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
- 22- Su ve nemden etkilenmemelidir.
- 23- Ürün ile ilgili tüm bilgiler dış ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.
- 24- Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.
- 25- Dış ambalaj kolay açılabilmelidir.
- 26- Malzemeler tek tek steril poşetlerde olmalıdır.

Dr. Öğr. Üy. Kerem KÖKOĞLU
KBB Hastalıkları Uzmanı
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri
Dip. Tescil No: 157039

Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ
KBB ABD Başkanı

ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ
Dip. Tescil No: 157039