

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
21.06.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TIBBİ SARF ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ (RULO)	400 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç **27/06/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Muayene masa örtüleri sıvıyı altına geçirmemelidir,
- 2-Laminasyon kağıttan ayrılmamalıdır,
- 3-Her rulo ayrı ayrı ambalajlanıp koli içerisine konmalıdır,
- 4-Koli üzerinde koli iç miktarı toplam metre ve teknik bilgiler yer almalıdır,
- 5-ISO 9001/2008 kalite standartlarına uygunluk belgesi olmalıdır
- 6-Ürünün TSE/TSEK belgesi olmalıdır
- 7-Ürünün UBB kaydı olmalıdır
- 8-Değerlendirme için yeteri kadar numune teslim edilmeli,Numune vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır,
- 9-Numune,katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir,
- 10-Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir,
- 11-Perforej aralığı 90 cm olmalıdır,
- 12-Rulo sarımı düzgün olmalıdır,
- 13-Bir rulo en az 100 yaprak olmalıdır,
- 14-Laminasyon rengi opak beyaz olmalıdır ve antialerjik özellikte olmalıdır
- 15-Perforajlar belirgin düzgün kopabilecek şekilde olmalıdır,

Prof. Dr. Ekrem ÜNAL
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D. Pediatr. Hematoloji - Onkoloji Uzm.
Diploma No: 2996
Erciyes Üni. Hast. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bio. Mehmet YAY
Erciyes Üni. Kan Merkezi
Ünite Sorumlusu