

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
21.06.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ÜROLOJİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ÜRETEROSKOP CİHAZI (FLEKSİBLE ÜRETERORENOSKOP DİSPOSABLE)	5 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 27/06/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEK KULLANIMLIK ULTRA-İNCE FLEXIBLE VIDEO ÜRETEROSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilen cihaz RIRS (retrograd intrarenal cerrahi) vakalarında kullanılacak olup aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

Tek Kullanımlık Fleksibl Video Üreteroskop Teknik Şartnamesi (5 adet)

1. Kullanıma bırakılacak aynı marka video üreterorenoskopi görüntüleme ünitesi ile çalışabilmelidir.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Skopun her hangi bir zaman / kullanım kısıtlaması olmamalıdır.
4. Görüş alanı 120° olmalıdır.
5. Görüntü çözünürlüğü 160.000 piksel olmalıdır.
6. Görüş açısı 0° olmalıdır.
7. Alan derinliği 3-50mm olmalıdır.
8. Chip-on-tip teknolojisi sayesinde distalde CMOS kamerası olmalı ve bu sayede peteksi olmayan, dijital görüntü sağlamalıdır.
9. Fiber optik aydınlatması kontrol ünitesindeki entegre LED ışık kaynağı sayesinde sağlanmalıdır.
10. Pozitif defleksiyon mekanizmalı olmalıdır. Açık mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen defleksiyon yukarı doğru 285°, aşağı doğru 285° olmalıdır. Özellikle alt kalikslerdeki defleksiyon kabiliyeti yüksek olmalıdır.
11. Cerrahin yorulmasını önlemek üzere açık kilit mekanizması bulunmalıdır.
12. Distal ucu kalikslerde skopun rahatça manevra yapabilmesi için pasif defleksiyon yapabilmelidir.
13. Distal ucun ve Insertion tüpünün dış çapı en fazla 7.5 Fr olmalıdır.
14. 9/11 veya 9.5/11 FR access kılıflardan yeterli akış sağlayacak şekilde geçebilmelidir.
15. Çalışma uzunluğu 650 mm olmalıdır.
16. Çalışma kanalı iç çapı 3.6 Fr olmalıdır.
17. Tork oranı 1:1 olmalıdır.
18. Elcekte 2 adet fonksiyonel buton bulunmalıdır.
19. Hafif tasarıma sahip olmalı, bu sayede kolay, yorucu olmayan bir kullanım sağlanmalıdır.
20. Şaftın tam fleksibl yapısı sayesinde çok kolay insersiyon sağlamalıdır, böbreğin tüm bölümlerine erişebilmelidir.
21. İrigasyon için luer port bulunmalıdır.
22. Doğrudan görüntüleme ünitesine bağlanabilmelidir.
23. Görüntüleme ünitesi, temin edilecek görüntü aktarım kabloları aracılığıyla hastanedeki endovizyon görüntüleme ünitesi monitörüne bağlanabilmelidir. Ünitenin Kullanım kolaylığı nedeniyle kendinden ekranlı cihazlar kabul edilmeyecektir.
24. Teklif verecek firmaların cihazla birlikte DEMO çalışması yapması gerekmektedir.
25. DEMO çalışması yapmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Aşağıdaki özelliklere sahip bir görüntüleme ünitesi skop kullanımı devam ettiği sürece kliniğin kullanımına bırakılacak olup mülkiyeti tedarikçi firmaya ait kalacaktır:

1. Hafıza / veri transferi cihazda bulunan USB portu üzerinden yapılabilmelidir.
2. USB üzerinden resim ve video kaydı yapılabilmelidir. Cihazın kendisinin 16GB hafızası bulunmalıdır.

3. White Balance, Parlaklık, Görüntü Yakalama ve Video Kaydı gibi menü seçimleri için ünitenin ön panelinde butonlar bulunmalıdır.
4. AV, HDMI, VGA, DVI, SDI görüntü aktarım kabloları bulunmalı ve bu çıkışlardan görüntü aktarabilmelidir.
5. Cihaz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
6. Beyaz ayarı yapılabilmelidir.
7. Skop kullanımı devam ettiği sürece ünite hastaneye kullanıdırılmaya devam ettirilecektir.
8. Teknik Servis Yeterliğini göstermek üzere ithalatçının TS 13703, TS 13011 ve TS 12426 standartlarında TSE Hizmet Yeterlik Belgesi bulunmalıdır.

Cihazla birlikte aşağıdaki kalemler de hastanenin kullanımına bırakılacaktır:

1. 1 adet 24" boyutunda 1920*1080 çözünürlükte HD LCD/LED monitör.
2. Temin edilecek monitörü taşıyacak monitör askısı ve görüntüleme ünitesini taşıyacak rafı bulunan, güç giriş prizi olan, 4 adet kilitlenebilir tekerleği bulunan trolley.

Dr. Öğrt. Üyesi Şevket Tolga TOMBUL
Üroloji Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi

Dr. Öğrt. Üyesi Gökhan SÖNMEZ
Üroloji Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi