

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
21.06.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	HEMOVAC DREN	50 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECeKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/07/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

FLAT DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün medikal grade silikondan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün CH 7 ve CH 10 olmak üzere iki tipi olmalıdır.
3. Ürün drenajın gözlenebilmesi için şeffaf olmalı, üzerinde x-ray çizgi bulunmalıdır.
4. Ürün üzerindeki yassı ve round kısımlar kullanım esnasında birbirinden kesinlikle ayrılmamalıdır.
5. Yassı bölümün iç kısmı vakum esnasında yapışmayı önlemek için perforeli olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Ürün tıkanıklığın engellenmesi için özel yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Ürün etiketi üzerinde üretim, on kullanma tarihi, lot numarası, ref numarası, barkodu bulunmalıdır.
8. Ürün steril tekli ambalajda olmalı, miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
9. Üretici firma, ürüne ait Notified Body'den alınmış CE belgesine sahip olmalıdır.

Dr. Öğr. Ü. Tutku TALİP

Dip. Tes. No: 131722 / Lisans Tes. No: 50275

Genel Cerrahi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Muhammet AKYÜZ

Genel Cerrahi

Dip. No: 45587

Erciyes Üniv. Tıp Fak. Hastaneleri