

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
21.06.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi CERRAHİ ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	GÖĞÜS DRENAJ KATETERİ TROKARLI NO:16	20 ADET	
2	GÖĞÜS DRENAJ KATETERİ TROKARLI NO:24	20 ADET	
3	GÖĞÜS DRENAJ KATETERİ NO:36	50 ADET	
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/07/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

TROKARLI GÖĞÜS TÜPÜ ŞARTNAMESİ

1. Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir
3. Trokarın ergonomik tutuş parçası olmalıdır.
4. Kateterin ucu göğüs drenaj şişesine uyumlu olmalıdır.
5. Kateter içerisinde paslanmaz çelikten yapılmış trokar bulunmalıdır.
6. Yenidoğan bebeklere kullanılmak üzere ve 8-10-12-14-16 no'lu olmalıdır.
7. Paket üzerinde ürün lot numarası, UBB onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı.
8. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Doç.Dr. Ömer ÖNAL
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip.Tes.No:244010 Dip.No: 12220
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

3/2/20

GÖĞÜS DRENAJ KATETERİ (DÜZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2 ± 5 cm uzunluğunda, plevra boşluğuna uyum sağlayan, esnek polimeriden imal edilmiş bir kateter olmalıdır
2. Toraks kateteri travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
3. Kateterde doku emilimini engelleyen çapraz yan delikler bulunmalıdır.
4. Toraks kateteri X Ray ışını altında görüntülenebilmek için radyopak çizgiye sahip olmalıdır.
5. Kateterin üzerinde cm işaretli ölçek bulunmalıdır.
6. Toraks kateteri her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış genişleyen proksimal uca sahip olmalıdır.
7. Totaks kateterinin kıvrık ve düz olmak üzere iki ayrı modeli mevcut olmalıdır
8. Toraks kateterlerinin düz ve kıvrık olarak 16-36 aralığındaki her ölçüsü mevcut bulunmalıdır.

Doç.Dr. Ömer ÖNAL
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tel: No: 840110, Cep: No: 12220
Etiler Hastanesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Handwritten signature