

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
01.07.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **TIBBİ SARF ANA DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	VAKUMLU TÜPLERE UYGUN STERİL İĞNE	96.000 Adet	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **06/07/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

VAKUMLU TÜPLERE UYGUN STERİL İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sağlık çalışanlarını; kan alınması, atıkların toplanması gibi durumlarda iğne batmalarına karşı koruyarak kanla bulaşan patojenlere maruz kalmaları önlemek amacıyla iğneye veya holdere entegre bir emniyet kapağı bulunmalıdır.
- 2- Emniyet kapağı entegre edildiği ekipmandan kolayca çıkmayacak yapıda olmalıdır.
- 3- Emniyet kapağı tek elle kolayca kapatılabilmeli ve kilitlendikten sonra bir daha açılmamalıdır.
- 4- İğneler iki taraflı olmalı ve steril olmalıdır, damara giren iğne ucu künt ve ağrıya sebep verecek şekilde çapaklı olmamalı, lazerle keskinleştirilmiş ve iğnelerin üstü silikon kaplı olmalıdır.
- 5- İğnelerin tüpe giren kısmı birden fazla numune alınmasını sağlayan kan sızdırmayacak yapıda olmalı ve lateks içermeyen gri renkli kauçuk sübab bulunmalıdır.
- 6- İğnelerin göbek kısmı ve kapaklar 21G boyutuna uygun olarak yeşil renkte olmalıdır, iğne girişi tüpün lastik kapağı ile uyumlu olmalıdır.
- 7- İğne 21G 1½ kalınlığında ve 38x0.8 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 8- İğnenin iki taraflı koruyucu kapağı olmalı,iğne açılırken iki tarafı birden açılmamalıdır.
- 9- İğne kapaklarının birleştiği yerde kilitli etiket olmalıdır ve hastanemizde kullanılan vakumlu tüpler ile uyumlu olmalıdır.
- 10- İğnelerin üzerindeki etikette ürün adı,sterilizasyon metodu,lot numarası,son kullanma tarihi olmalı ve depoya teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır.
- 11- Vakumlu kan alma iğnesi verecek firmalar iğne sayısının %30'u kadar holder vermelidir.
- 12- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğu belgelendirmelidir.
- 13- TITUBB kaydı olmalıdır.

PROF.DR.SEBAHATTİN MUHTAROĞLU

DR.ÖĞR.ÜYESİ DİDEM BARLAK KETİ