

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
04.07.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin K.B.B. AD. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	VICRYL RAPİD 5/0	100 Adet	
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **18/07/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

26.05.2022

HIZLI EMİLEN POLYGLACTİN 910 SÜTÜR

- 1- Malzeme içeriği polyglactin 910 olmalıdır.
- 2- Sentetik, emilen, örgülü yapıda olmalıdır.
- 3- Malzeme İçeriği %90 glicolic acid + % 10 lactic acid olmalıdır.
- 4- Sütürler kaplamalı olmalı ve kaplamasının içeriği polyglactin 370 olmalıdır.
- 5- Cerrahi sütürün kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, ana gövde ile uyumlu olması için aynı hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
- 6- Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli ve dokuyu yırtmamalıdır.
- 7- Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında 5. gün %50, 10-14. gün %0 olmalıdır.
- 8- Vücuttan tamamen atılımı 42 gün içerisinde olmalıdır.
- 9- Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Üzerine bakteri yerleşek boşluklar olmamalıdır.
- 10- Düğüm tam oturmalı ve düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
- 11- Düğüm hafızası olmamalıdır.
- 12- İğne dokudan geçtikten sonra sütür dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenmemelidir.
- 13- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.
- 14- Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.
- 15- Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
- 16- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 17- İğne ve sütüre çapı birbirine uyumlu olmalıdır.
- 18- İğne sütüre birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır.
- 19- İğne ile sütür birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmış, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır.
- 20- Sütür paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır.
- 21- Ambalaj sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
- 22- Su ve nemden etkilenmemelidir.
- 23- Ürün ile ilgili tüm bilgiler dış ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.
- 24- Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.
- 25- Dış ambalaj kolay açılabilmelidir.
- 26- Malzemeler tek tek steril poşetlerde olmalıdır.

Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ
KBB ABD Başkanı

Dr. Öğr. Üy. Kerem KÖKOĞLU
KBB Hastalıkları Uzmanı
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri
Dip. Tescil No: 157039

ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ
KBB ABD Başkanı
Dip. No: 157039