

[illegible]

GÖĞÜS DRENAJ KATETERİ (DÜZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2 ± 5 cm uzunluğunda, plevra boşluğuna uyum sağlayan, esnek polimeriden imal edilmiş bir kateter olmalıdır
2. Toraks kateteri travma oluşturmaya yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
3. Kateterde doku emilimini engelleyen çapraz yan delikler bulunmalıdır.
4. Toraks kateteri X Ray ışını altında görüntülenebilmek için radyopak çizgiye sahip olmalıdır.
5. Kateterin üzerinde cm işaretli ölçek bulunmalıdır.
6. Toraks kateteri her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış genişleyen proksimal uca sahip olmalıdır.
7. Totaks kateterinin kıvrık ve düz olmak üzere iki ayrı modeli mevcut olmalıdır
8. Toraks kateterlerinin düz ve kıvrık olarak 16-36 aralığındaki her ölçüsü mevcut bulunmalıdır.

Doç. Dr. Ömer ÖNAL
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tel. No: 840 10 00 00 / 12220
Etiler Hastanesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

31.12.2020
86

TROKARLI GÖĞÜS TÜPÜ ŞARTNAMESİ

1. Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir
3. Trokarın ergonomik tutuş parçası olmalıdır.
4. Kateterin ucu göğüs drenaj şişesine uyumlu olmalıdır.
5. Kateter içerisinde paslanmaz çelikten yapılmış trokar bulunmalıdır.
6. Yenidoğan bebeklere kullanılmak üzere ve 8-10-12-14-16 no'lu olmalıdır.
7. Paket üzerinde ürün lot numarası, UBB onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı.
8. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Doc.Dr. Ömer ÖNAL
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 84010 Dip. No: 12220
Etiya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

[Handwritten signature]