

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20.07.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ ANJİOGRAFİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	8F INTRADUCER SHEAT	200 ADET	
2	6F INTRADUCER 11CM	600 ADET	
3	7F INTRADUCER	2000 ADET	
4			
5			
6			
7			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİLERDİR		
H			
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 25/07/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

INTRADUCER SHEAT

1. Damara giriři kolaylařtıracak konik uca sahip olmalıdır.
2. Kateter performansını dūřürmeden, kan sızıntısını engelleyecek hemostatik valve'si olmalıdır.
3. Dilatör, sheat'e vidalanarak kilitlenmelidir.
4. Yüksek kırılma rezistansına sahip olmalıdır.
5. Kılıfa baęlı bir yan uzatma ve bunun ucunda bir üçlü musluk olmalıdır.
6. Yaklařık 11cm uzunluęa sahip olmalıdır.
7. 6F, 7F ve 8F dıř aplarına sahip olmalıdır.
8. Her bir paketin iinde 18G ponksiyon ięnesi olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
10. Teslim edilen malzemenin son kullanım tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl sonrası olmalıdır.
11. Firma malzemenin miadına 3(ü)ay kala deęiřtirmeyi taahhüt etmelidir.
12. Ölüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle deęiřebilmelidir.
13. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eř ya da benzer ürünlerle deęiřtirilmelidir.


Prof. Dr. Ali DOęAN
Kardiyoloji A.D. Bařkanı
Dip. Tes. No: 3622
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakóltesi Hastaneleri


Dr. Sahin K. ELESÖBLÜ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 3622
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri