

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20.07.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GÖZ HASTALIKLARI A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	GÖZ İÇİ KOTER 25 G	15 ADET	
2	VISCOELASTİK MADDE 10 MG LİK	500 ADET	
3	VISCOELASTİK MADDE 23 MG	500 ADET	
4	BACK FLUSH KANÜL 25 G (SİLİKONLU)	10 ADET	
5	METİL SELÜLOZ	100 ADET	
6	25 G LAZER PROBU (ALCON CONS CİHAZI UYUMLU)	20 ADET	
7	PERFLORODEKALİN	100 ADET	
8	SİLİKON YAĞI 5000 LİK	100 ADET	
9	İLM BLUE	60 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 01/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

1-GÖZ İÇİ KOTER ŞARTNAMESİ

- 1- Vitrektomi ameliyatlarında kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Tek kullanımlık olmalıdır.
- 3-25 G olmalıdır.

2-VİSKOELASTİK MADDE ŞARTNAME

- 1- Yüksek molekül ağırlıklı sodyum hyaluronat içermelidir.
- 2- Konsantrasyonu %1 NaHa ve pH 7.-7.5 olmalıdır. Aynı markanın %2,3, %3 formları olmalıdır. İstenildiğinde değişim yapılmalıdır. Ürün +2 - +8 soğuk zincir ürünü olmalıdır.
- 3- Ortalama molekül ağırlığı 3,2 milyon dalton olmalıdır.
- 4- Viskozitesi 50.000 – 562.000 mPas olmalıdır.
- 5- Steril cam şırıngada 0,85 ml hacminde tek kullanımlık olmalıdır. 27 G steril kanül içermelidir.
- 6- Cerrahi işlem sonunda kolayca uzaklaşabilir özellikte olmalıdır.
- 7- Ürünün ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır ve bunu belgelendirmelidir.
- 8- Lateks içermemelidir. Bu durum prospektüsünde belirtilmelidir.
- 9- Kliniğimiz tarafınadn denenerek karar verilecektir.

3- VİSCOADAPTİV ÖZELLİKTE VİSCOELASTİK MADDE ŞARTNAMESİ

- 1- 23 mg/ml yüksek molekül ağırlıklı sodyum hyaluronat içermelidir.
- 2- Ürün viscoadaptive özellikte olmalıdır. Bu özellik katalog ve prospektüsünde gösterilmelidir.
- 3- pH 7.0-7.5 olmalıdır.
- 4- Ortalama molekül ağırlığı 3.200.000 dalton olmalıdır.
- 5- Viskozitesi 1.300.000 – 12.000.000 mPas' dan az olmalıdır.
- 6- Malzeme içerisinde hava kabarcığı bulunmalıdır.
- 7- Steril cam şırıngada 0,6 ml hacminde tek kullanımlık olmalıdır. 25 G steril kanül içermelidir.
- 8- Fakoemülsifikasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisinin bütün aşamalarında vizkozitesini cerrah işlemin gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlayabilmesi gerekmektedir.
- 9- Lateks içermemelidir. Bu durum prospektüsünde belirtilmelidir.

4-BACKFLUSH UCU SİLİKONLU ŞARTNAME

1. Ürün ameliyathanemizde bulunan MEDONE marka elcikle uyumlu olmalıdır.
2. 25 G olmalıdır.

5- METİL SELÜLOZ ŞARTNAME

- 1- 2 ml lik kullanıma hazır enjektörlerde tercihen 27 G özel kanülü ile beraber en az % 2.3 oranında metil selüloz olmalıdır.
- 2- En az 0,55 ml olmalıdır.
- 3- Tek kullanımlık steril ambalajında olmalıdır.
- 4- TİTUBB ve medula kaydı bulanmalıdır. SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
- 5- Ürünün son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 6- Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
- 7- Miyadı dolması yaklaşan ürünlerde firma yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
- 8- Gerektiğinde numune istenecektir.

Doç.Dr. Metin UNLÜ
Göz Hastalıkları AD
Dip.Tes.No: 135719/102080
Erciyes Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç.Dr. Duygu GÜLMEZ SEVİM
Göz Hastalıkları AD
Dip.Tesc.No: 145591
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

6- 25 G LAZER PROBU ŞARTNAMESİ

- 1-Tek kullanımlık steril paket içinde olmalıdır.
- 2-Paket içinde kod numarası CE işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır.
- 3-Probun elcik bölümü plastik ve eğik uçlu olmalıdır.
- 4-Kliniğimiz alcon constallation vitrektomi cihazının lazer cihazı ile adaptör gerektirmeksizin direkt bağlantı yapacak şekilde uyumlu olmalıdır.
- 5-Teklif edilen ürünün markasının ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır.
- 6-25 G trokar kanüllerinin içinden geçebilecek özellikte olmalıdır. Bu üründen kaynaklanan bir cihaz arızası durumunda teklif veren firma cihazı yetkili servisinde tamir ettireceğine dair yazılı belge vermelidir.

7- PERFLOROKARBON (DECALİNE)

- 1-Ürün en az 5 ml hacminde olmalıdır.
- 2-Ürünü vermek için kliniğimizdeki mevcut olan cihaza bağlanabilir steril sıvı verme adaptörü ile beraber tek bir paket içinde her ürünle beraber 1 adet adaptör verilecektir
- 3- Ürünün toksik özelliğinin yok edilmesi için mutlaka saflaştırılmış olması gereklidir.
- 4- Ürün en az 99.5% ve fazlası miktarda perfluorodecaline içermelidir.
- 5- Numuneler klinik tarafından denendikten sonra karar verilecektir.


8- SİLİKON YAĞI 5000 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Vitreoretinal cerrahide tampon amaçlı kullanılmak üzere, kuru ısı sterilizasyonuna sahip pürifiye edilmiş silikon yağı içermelidir.
- 2- Steril torbada 8-10 ml lik cam enjektörde olmalıdır.
- 3- Görüntüsü berrak, kokusuz olmalıdır.
- 4- Viskozitesi 25° de 5000 cst, Refraktif indeksi 1.4 olmalı ve oda ısısında (25°) saklanabilmelidir.
- 5- Üzerinde etiket olmalı ve lot numarası bulunmalı, Sağlık Bakanlığından ithal izni olmalıdır.
- 6- Teklif sırasında ürünün numunesi bırakılmalıdır. Numuneler denendikten sonra karar verilecektir.
- 7- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık süre içermelidir.

9- BRİLLANT MAVİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (İLM BLUE)

- 1-Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2-Steril tek ambalaj ILMB 0.5 ml enjektör içinde olmalıdır.
- 3-İçeriği en az %97 saflıktan az olmaması vazgeçilmez bir üstünlüktür.
- 4-Brilliant Blue G oranı en az 0,125mg olmalıdır.
- 5-Density (yoğunluk oranı) en az 1,01 kg/l olmalıdır.
- 6-Konsantrasyonu en az 0,25g/l olmalıdır.
- 7-pH-value oranı 7.3-7.6 arasında olmalıdır.
- 8-Osmality oranı en az 334 mosm/kg H2O olmalıdır.
- 9-Herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmadan (sulandırmadan, hava ve sıvı desteğine ihtiyaç duyulmadan) kullanılmalıdır.
- 10-Enjektörün ucunda güvenlik mekanizması ve plastikten üretilmiş güvenlik tapası olmalıdır.
- 11-İLM boyamak için üretilmiş olmalıdır.
- 12-İçeriği; 0.5ml enjektörde BBG+PEG şeklinde olmalıdır.


Doç. Dr. Derya GÜLMEZ ŞEVİM
Göz Hastalıkları AD.
Dip. Tes. No: 145591
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Doç. Dr. Metin ŞEVİM
Göz Hastalıkları AD.
Dip. Tes. No: 145591
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Uygulama ve Araştırma