

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20.07.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ULTRASON CİHAZI UYUMLU PERİFERİK BLOK İĞNESİ (SİNİR BLOK İĞESİ 80 MM)	150 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 01/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

SİNİR STİMÜLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU USG ALTINDA GÖRÜLEBİLİR SİNİR BLOKAJ İĞNESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. İğneler özel olarak izole edilmiş Nano-Line yalıtkan kaplamalı olmalı ve emin sinir lokalizasyonu için iğnenin ucundan tek noktadan iletim sağlanmalıdır.
2. Kanülün iç yüzeyi de aynı şekilde özel yalıtkan kaplama ile kaplı olmalıdır ve bu kaplama iğne ucuna kadar devam etmelidir. Bu şekilde anestezik maddelerin akışkanlığı daha iyi bir şekilde sağlanabilmelidir.
3. Ürünün keskin uç tarafında 2 cm ye kadar olan kısmında ultrason dalgalarını düzgünce yansıtan ve iğnenin ultrason altında rahat görünmesini sağlayan çentikler olmalı, iğnenin kalan kısmı düzgün, kaygan ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır.
4. İğne ucu kesim açısı 22 derecedir.
5. Ponksiyon kanülünde derinliği gösteren uzunluk işaretleri olmalıdır.
6. Emin sinir lokalizasyonu için ince ve atravmatik uçlu olmalıdır.
7. İğnenin arkasındaki enjeksiyon işlemi için olan set iğneden ayrılabilir özelliktedir. İğneler uyarılabilme elektrodu bağlantısına sahiptir.
8. Kanül değişik uç, çap ve uzunluklara sahip olmalıdır:

FACET UÇ

SPROTTE UÇ

Çap Uzunluk

Çap Uzunluk

22 G 80 MM

22 G 80 MM

9. Her iğne ayrı ayrı steril paketlerde olmalıdır.
10. İğnelerle beraber , iğneler tüketilinceye kadar 1 adet sinir stimülatör cihazı ilgili hastaneye konsiye olarak verilecektir.
11. Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya Türkçe dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, LOT no. ve ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
13. Uluslararası kalite belgeleri, ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır. CE işareti ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
14. İlgili branş hekiminin numuneyi değerlendirmesinden sonra karar verilecektir.
15. Mevcut ihale kanunlarının tüm genel hükümlerine uyum sağlamaktayız.

Prof. Dr. Ali ESMAOĞLU ÇORUH
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 3036 Sicil No: 1084
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Necip AKSU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 3036 Sicil No: 1084
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri