

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20.07.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ACİL TIP A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	STERİL STRİP 6MM*100MM	2000 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 01/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

STERİ STRİP 6MM X 100MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün cerrahi insizyonlarda cilt kapatıcı olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Ürün kullanım yerine göre 6mm x 100mm (± 5) ebatlarda olmalıdır.
3. Ürün steril olmalıdır.
4. Ürün poliüretan veya taranmış polyester filamentlerle güçlendirilmiş, rayon esaslı elyaftan veya poliamid dokumasız malzemeden (non-woven) imal edilmiş olmalıdır.
5. Basınçla duyarlı yapışkan içermelidir.
6. Şeritler iç içe geçmeli tasarımı ile insizyon uçlarını aynı hizada bir araya getirmeli ve cildin güvenli bir şekilde kapanmasını sağlamalıdır.
7. Kolayca çıkartılabilmeli hasta cildini tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
8. Ürünün sırt yapısı Mikro gözenekli yapıda olmalı cilt nefes alabilmelidir,
9. Atravmatik uygulanabilmeli, dikiş izi kalmamalıdır.
10. Ürün yaranın kenarlarına zarar vermeden yarayı düzgün olarak kapatabilmelidir,
11. Ürün stapler ve dikiş materyali ile beraber kullanılabilmelidir,
12. Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
13. Hipoallerjenik olmalı, Ürün fiberglas, lateks, silikon kauçuk, silikon yağı içermemelidir.
14. Ürün en az 2 yıl miiatla teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Nurullah GÜNAY
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Tescil No: 50547/64081
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Levent AVŞAROĞULLARI
Acil Tıp Anabilim Dalı
Tescil No: 50547/64081
Ereğli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri