

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20.07.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi RADYOLOJİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	STENT (İLAÇ KAPLI)	25 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		


NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

NÖRORADYOLOJİ

İlaç Kaplı Stent Teknik Şartnamesi

1. Stent side branch geçişlerine uygun olmalıdır.
2. Stent, balon kateter üzerine yüklenmiş ve direkt stent uygulamalarına olanak vermelidir.
3. Stent kalsifik ve tortuoz lezyon geçişleri için güçlü radyal force ve flexibiliteye sahip ayrıca balon üzerinden sıyrılmamalıdır.
4. Stent üzerine yüklenen ilaç limus türevi olan Everolimus olmalıdır.
5. Stent metaryali kobalt-krom türevi lazer kesim yöntemiyle hazırlanmış olmalıdır.
6. Stent MR açısından güvenli olmalıdır.
7. Stent in polimeri Fluorinated Copolymer yapıda ve stentin polimeri stent trombozuna yol açan ajanların yapışmasını engelleyen albümin ve benzerimolekülleri kendi üzerine çekecek yapıda olmalıdır.
8. Taşıma sistemi balonu semi-kompliyan olmalıdır.
9. Stentin üzerine krimp edildiği balon yüksek basınca dayanıklı olması için PEBAX malzemeden MULTİ-layer teknoloji ile üretilmiş ve minimum patlama basıncı 18 atm olmalıdır.
10. Stent taşıma sistemi 0.014" klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
11. Stent iletim sisteminin proximal shaft çapı en fazla 2.2F ,distal shaft çapı en fazla 3.5F olmalıdır.
12. Stentin kateter tipi rapid Exchange olmalıdır.
13. Stent 6F guiding kateter ile kullanılabilir.
14. Giriş profile 0.017 inç (+/- 0.001)
15. 2,5-2.75-3.0-3.5-4.0 mm çaplarında 8-12-15-18-23-28-33-38-48 mm (+/- 1mm) uzunluk seçenekleri olmalıdır.
16. İletim sisteminin üzerinde 2 adet radyoopak plantinyum iridyum marker bulunmalıdır.
17. Distal shaftı hidrofilik olmalıdır.
18. Stent TITUBB ve ÜTS sistemine kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
19. Bölümün talebine göre alınacak stentlerin uzunlukları ve çapları belirlenecektir.
20. İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki stentleri istenilen ölçüdeki stentle değiştirmeyi kabul edecektir. Bu en geç 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.
21. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Bu değişimi 3 (üç) hafta içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Prof. Dr. Halil DÖNMEZ
Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi


Dr. Öğr. Üyesi İzzet ÖKÇESİZ
Radyoloji A.B.D.
Uzm. Tes. No: 118534
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri