

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20.07.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KALP DAMAR CERRAHİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	DACRON GREFT		
2	1 YILLIK 22/F SÖZLEŞMESİ YAPILACAK		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

DACRON GREFT ŞARTNAMESİ

1. Greftler oblik ve transfer kesilme esnasında yada greftlerden parça çıkartıldığında dokuma yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
2. Greftler kolojen kaplı dacron greft yapısında olmalıdır.
3. Dacron knitted greftlerin yapısı abdominal ve periferel cerrahide kullanıma uygun olmalı ve bu özellik katalogda yazmalıdır.
4. Formaldehit ve glutaraldehit içermemelidir ve bu özelliği katalogda belirtilmiş olmalıdır..
5. 70 cm'lik greftler için 6-7-8mm seçenekleri mevcut olmalıdır.
6. Düzgün implantasyonu kolaylaştırmak için greft boyunca radyopak çizgiler bulunmalıdır.
7. Greftler yumuşak ve handlingi kolay olacaktır.
8. Greftlerin sıvı geçirgenliği 5 ml/dk/cm²/120mmHg 'dan küçük olmalıdır.
9. Greftlerde dışta spiral bulunmayacaktır.

Öğr. Gör. Dr. Osman OKAN ÖZCAK
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahi ve Transkater Merkezi

Doç.Dr.Aydın TUNÇAY
Kalp Damar Cerrahi AD Başkanı