

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
20.07.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TIBBİ **PALAZİTİZİ AD** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	LAM 26*76 MM (KOLİ=50 LİK AMBALAJ*50 ADET	20 KUTU	
2	LAMEL 24*24 MM (100*10 LUK AMBALAJ)	200 KUTU	
3	TOXOPLASMA GONDİT IgM ELİSA	1440 ADET	
4	TOXOPLASMA GONDİT IgG ELİSA	1440 ADET	
5	IgG ELİSA AVİDİTE TESTİ -TOXOPLASMA GONDİİ	960 ADET	
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

(1) Lam Teknik Şartnamesi

1. 76x26 mm ölçülerinde olmalıdır.
2. Traşlı, düz olmalıdır.
3. Paketinde 50 adet olmalıdır.
4. Lamalar lekesiz ve temiz olmalıdır.

(2) Lamel Teknik Şartnamesi

1. 24x24 mm ölçülerinde olmalıdır.
2. Paketinde 100 adet bulunmalıdır.
3. Şeffaf ve kimyasal direnci yüksek, borosilikat cam olmalıdır.
4. Lameller lekesiz ve temiz olmalıdır.

(3) Toxoplasma gondii IgM ELISA kiti TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Test, anti-human mu-zincir antikorları ile kaplanmış mikropolet kuyularında IgM antikorlarının tutulmasına (CAPTURE) dayanan katı-faz immuno-enzimatikdouble sandviç metodu ile çalışmalıdır.

1. Kiti içinde testi çalışabilmek için gereken reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır.
2. T. gondii'ye spesifik monoklonal antikor horseradishperoksidazla işaretlenmiş olmalı ve insan bağışıklık sisteminin major hedeflerinden PM 30000 yüzey antijen proteinine karşı geliştirilmiş olmalıdır.
3. Kromojen, TMB kullanılmalıdır, Toxoplasma gondii IgG ile aynı yıkama prosedürü kullanılmalıdır.
4. Testin inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir.
5. Toxo IgG ve Toxo IgM testleri aynı marka olacak şekilde değerlendirilecektir.
6. Laboratuvar çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.
7. Toxoplasma gondii IgG ELISA kiti ile aynı marka kit olmalıdır, sadece buna verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Bu ürüne teklif veren firma teklif tarihinin bitiminden en geç 1 hafta sonrasına kadar demonstrasyon ve sensitivite-spesifite çalışmaları için 1 (bir) kutu kiti Parazitoloji Anabilim Dalına teslim etmek zorundadır. Teklifi verilen bütün kitlerin şartnameye uygunluğu Parazitoloji Bilim Dalı tarafından kontrol edileceğinden, teklifle birlikte kitlerin prospektuslarının verilmesi zorunludur. Prospektusu verilmeyen yada demonstrasyon kiti teslim edilmeyen kitler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

(4) Toxoplasma gondii IgG ELISA kiti TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Test, katı-faz indirekt ELISA prensibine göre çalışmalıdır.

1. Kiti içinde testi çalışabilmek için gereken reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır.
2. Kantitatif değer vermek için gereken 0, 50, 100, 200 IU/ml değerleri içeren kalibratörler bulunmalıdır.
3. Mikropolet, membran proteinleri ile zenginleştirilmiş tachyzoite ultrasonate'dan gelen T. gondii antijenleri ile kaplanmış olmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi Merve YÜRÜK
Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı
Sicil No: 9182 Tıp No: 1245
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Ozan YAMAN
Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dip. No: 9203 Tıp No: 9744-59152
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

4. Konjugat, insan gamma zincirlerine spesifik olan horseradishperoksidase ile işaretlenmiş fare monoclonal antikor içermelidir. Kromojen TMB olmalıdır.

5. Test, Toxoplasma gondii IgM aynı yıkama prosedürü kullanılmalıdır.

6. Testin inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir.

7. Toxo IgG ve Toxo IgM testleri aynı marka olacak şekilde değerlendirilecektir.

8. Laboratuvar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermemelidir.

9. Toxoplasma gondii IgM ELISA kiti ile aynı marka kit olmalıdır, sadece buna verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

10. Bu ürüne teklif veren firma **teklif tarihinin bitiminden en geç 1 hafta** sonrasına kadar demonstrasyon ve sensitivite-spesifite çalışmaları için 1 (bir) kutu kiti Parazitoloji Anabilim Dalına teslim etmek zorundadır. Teklifi verilen bütün kitlerin şartnameye uygunluğu Parazitoloji Bilim Dalı tarafından kontrol edileceğinden, teklifle birlikte kitlerin prospektuslarının verilmesi zorunludur. Prospektusu verilmeyen yada demonstrasyon kiti teslim edilmeyen kitler **kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.**

(5) Toxoplasma gondii IgG ELISA avidite kiti TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Toxoplasma gondii'ye karşı oluşan IgG antikorlarının avidite değerlerinin ELISA yöntemiyle saptanması

1. Kit CE belgeli olmalıdır.
2. Kit, üreticinin orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
3. Kit, mikro ELISA yöntemiyle çalışmalı ve Toxoplasma gondii'ye karşı oluşan IgG antikorlarının avidite değerlerini insan serumunda saptamalıdır.
4. Kit, 96 x 01 test formatında ve kuyucuklar kırılıp, ayrılabilir özellikte olmalıdır.
5. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir. Kit ihtiyaç duyulduğu takdirde sadece Toxoplasma IgG antikorlarını saptamaya yönelik kontrolleri ve kalibratörleri de içermelidir.
6. Değerlendirme için yüksek ve düşük avidite kontrolleri bulunmalı ve yine üre solüsyonu ve fosfat tamponu kit içeriğinde bulunmalıdır. Solüsyonların kullanıma hazır olması tercih nedenidir.
7. Avidite testinde bir hasta sonucu için iki kuyucuk kullanıldığından 96 kuyucuk bulunan bir kit 48 test olarak değerlendirilecektir. Bu yüzden teslimat sırasında istenen test sayısının iki katı olacak şekilde kit teslimi yapılmalıdır.
8. Kit içerisinde gerektiğinde Toxoplasma gondii IgG de bakılabilmesi için ilgili standart ve controller de bulunmalıdır.
9. Örnek solüsyonu, substrat solüsyonu ve stop solüsyonu kullanıma hazır olmalıdır.
10. Substratsolüsyonu; kromojen olarak tetramethylbenzidine ve substrat olarak da hydrogenperoxide içermelidir.
11. Stop solüsyonu 0,5 M asitten oluşmalıdır.
12. Inkübasyon oda sıcaklığında olmalı ve toplam inkübasyon süresi 85 dakikayı geçmemelidir.
13. Sonuçlar spektrofotometrede, 620 nm referans dalga boyu olmak üzere 450 nm dalga boyunda okunmalıdır.
14. Laboratuvar, çalışmayan kitleri (kontrolleri, kalibratörleri v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermemelidir.

Bu ürüne teklif veren firma **teklif tarihinin bitiminden en geç 1 hafta** sonrasına kadar demonstrasyon ve sensitivite-spesifite çalışmaları için 1 (bir) kutu kiti Parazitoloji Anabilim Dalına teslim etmek zorundadır. Teklifi verilen bütün kitlerin şartnameye uygunluğu Parazitoloji Bilim Dalı tarafından kontrol edileceğinden, teklifle birlikte kitlerin prospektuslarının verilmesi zorunludur. Prospektusu verilmeyen yada demonstrasyon kiti teslim edilmeyen kitler **kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.**

Dr. Öğretim Üyesi Merve YAMAN
Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı
Sicil No: 9/52 Dış No: 1245
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler

Dr. Öğr. Üyesi Ozan YAMAN
Tıbbi Parazitoloji Uzmanı
Dip. No: 9265 Dış No: 99252-66-52
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler