

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20.07.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DOKU TİPLEME LABORATUVARI ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	HLA-A SSO	150 ADET	
2	HLA-B SSO	300 ADET	
3	HLA-DQBI SSO	100 ADET	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALZEME İSTEK FORMU



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Sonuçlar Fluoroanalyzer (Luminex) cihazı ile değerlendirilirken pozitif reaksiyonların analizi güvenilirlik açısından göz ile yapılmamalıdır. Tüm analiz otomatik olmalıdır.
- 2- Mikrosferler 100 farklı prop bağlama özelliğinde olmalıdır ve asimetric PCR yöntemi ile her bir kit içerisinde temin edilen A, B, C, DQA1/DQB1, DRB1'e özgü primerler ile DNA amplifiye edilmelidir.
- 3- HLA DQ kiti DQA1 ve DQB1 allerini ayrı bir işlem gerektirmeden aynı anda tiplendirmelidir.
- 4- Sadece bir amplifikasyon ve bir hibridizasyon basamağı olmalıdır. Amplifikasyon ile hibridizasyon basamağı arasında ara basamak bulunmamalıdır. Test süresi 2 saati geçmemelidir.
- 5- HLA-A, HLA-B, HLA-DRB1,HLA C kitleri yüksek çözünürlük probe mixleri de içermelidir.
- 6- Yüksek çözünürlük ve düşük çözünürlük probe mixlerin hibridizasyonu için aynı DNA amplifikasyon ürünleri ve aynı protokol kullanılmalıdır.Yüksek çözünürlüklü çalışma için ayrı bir ikinci amplifikasyon yapılmamalıdır.
- 7- Düşük ve yüksek çözünürlüklü sonuçların birleştirmelerini otomatik olarak kurulacak olan software yapabilmelidir. Birleştirme sonucunda Common allellerde %90 yüksek çözünürlüklü sonuc verebilmelidir.
- 8- Çalışma için gerekli sarflar; yeterli miktarda (Taq Polymerase, Streptavidin PE, 2ml'lik ependorf tüpler, 0.2ml'lik PCR tüpleri, costar plate ve seal, pipet uçları,luminex kalibrasyon ve kontrol kitleri, çamaşır suyu) firma tarafından temin edilmelidir. Sarf miktarlarında laboratuvarın talebi esastır.
- 9- Test için laboratuvarın ihtiyacı olan yetecek miktarda uygun DNA izolasyon kitleri temin edilmelidir.
- 10- Sonuçların değerlendirilmesi için Software Programı bulunmalıdır. Program, Fluoroanalyzer (Luminex) cihazında okunmuş verileri otomatik olarak analiz etmelidir. Bir adet, 2 terabyte lık SSD harici depo harddisk ve 2 adet 32 GB lık flash disk dataların saklanması için firma tarafından sağlanacaktır.
- 11- Sözleşme süresince alınan kitler, son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilecektir. Laboratuvarda çalışılan test sayısı kadar laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği markada 2 veya 3 ml lik K2 EDTA lı tüp ve Vakumlu Jelli 8 ml lik tüp verecektir.
- 12- Teklifte bulunan firmaların Teknik Servis Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AVCILAR
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İmmünoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Yavuz KÖKE
Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu
Dip.Tes.No: 64886
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 06

Rev.Tarih: Ekim 2019