

**T.C.**  
**ERCIYES ÜNİVERSİTESİ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**  
**TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88**

**KAYSERİ**  
**20.07.2022**

**SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00**  
**KONU: Teklif Mektubu Hakkında**

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Selma ÖZLÜ**  
**Hastane Müd. Yrd.**

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ISI TRANSFER PEDI	4 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	<b>TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR</b>		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 04/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

## ISI TRANSFER PEDLERİ TEKNİK SARTNAMESİ

1. Pedler, içerisinde dolaştırılan su vasıtasıyla hastanın vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlamalıdır.
2. Pedler, hidrojel tabakası sayesinde hastanın vücuduna yapışarak tam temas sağlamalıdır.
3. Pedler, kazayla delindiğinde veya kesildiğinde dahi , negatif basınç prensibiyle çalışmasından dolayı su sızdırmamalıdır.
4. Pedler, radyolüsent olup, gerektiğinde hastanın üzerinden çıkartılmadan, hastanın MR,CT ve X- Ray ile görüntülenmesine olanak sağlamalıdır.
5. Pedler, gerektiğinde hastaya defibrilatörle müdahale edilmesine engel olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
6. Pedler, mükerrer kere hastaya yapıştırılıp çıkarılsa dahi en az 5 gün efektif olarak ısı transferi yapacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
7. Pedler, tek hasta kullanımlık ve non-steril olmalıdır.
8. Pedler, latex-free olmalıdır.
9. Pedler, farklı kilo ve boylardaki hastaların hepsine uygulanabilmesi açısından değişik tip ve ebatlarda olmalıdır.

~~Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇİMEN DÜKSEL~~  
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı  
Dip. Tes. No: 150810-115817-137522  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

  
Dr. Öğr. Üyesi Şahin TEMEL  
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı  
Dip. Tes. No: 81003226-112747-134073  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri