

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
27.07.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GENEL CERRAHİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KAPATICI STAPLER KARTUŞU 60-4.8 MM KALIN DOKU	50 ADET	
2	SİRKÜLER STAPLER 31 MM	100 ADET	
3	KAVİSLİ KESİCİ STAPLER	10 ADET	
4	KAVİSLİ KESİCİ STAPLER KARTUŞ	50 ADET	
5	DÜZ KAPATICI KARTUŞ TA 60-4.8MM KALIN DOKU	150 ADET	
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 08/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

DISPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER 60-4.8 MM (KALIN DOKU)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable Olmalıdır.
2. Üç sıra titanium zımba ile 60 (± 1)mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Stapler vasküler yapılarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Staplerin anvil kısmında pozisyonlama sırasında dokunun travmatize edilmesini önleyen künt plastik başlık yer almalıdır.
5. Staplerin üzerinde staplerin kapanış uzunluğunu gösteren ibare yer almalıdır.
6. Tek elle kullanıma uygun olmalı, tek bir düğmeye basarak alet kolayca açılıp kapanabilmelidir.
7. Tek tetikle kapatma ve ateşleme yapabilmeli ve ateşlemeden sonra tetik sıkılmış şekilde kalmalıdır.
8. Pin mekanizması otomatik ve tutaç kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilirdir.
9. Staplerin kartuşsuz , ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
10. Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Tutaçta kaygan çalışma ortamlarında rahat kullanım sağlaması için gripler yer almalıdır.
12. Stapler yarım ateşleme ile cerraha pozisyonlama rahatlığı sağlayan yarım kapanış özelliğine sahip olmalıdır.
13. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideal "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
14. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
15. Kartuşun içinde 21 (± 1)adet titanyum zımba bulunmalı,zımbaların eni 4 ($\pm 0,5$) mm.olmalıdır.
16. Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi "B" formasyonunu sağlamak için yassılaştırılmış olmalıdır.
17. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
18. Kartuşun içindeki zımbaları iten bar iki bölümden oluşmalıdır.
19. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiş kartuş bulunmalıdır.
20. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
21. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
22. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.

Doç. Dr. Tütükn TALİH
Erişen Üni. Tıp Fak. Hastaneleri
Genel Cerrahi A.D.
Erişen Üni. Tıp Fak. Hastaneleri

Doç. Dr. Muhammet AKYÜZ
Erişen Üni. Tıp Fak. Hastaneleri
Genel Cerrahi
Erişen Üni. Tıp Fak. Hastaneleri

23. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.

24. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.



Doç. Dr. Tütkün TALİH
Dip. Tesc. No: 1722 Uzm.Tes.No:33875
Genel Cerrahi A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Doç. Dr. Muhammet AKYÜZ
Genel Cerrahi
Dip. No: 35587
Erciyes Üniv. Tıp Fak. Hastaneleri

DISPOSABLE DAİRESEL ANASTAMÖZ STAPLERİ 31MM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hangi ebat ürünün kullanıldığının bilinmesi için tutacın uç kısmında staplerin ölçüleri yazmalıdır.
- Stapler tek elle kullanıma uygun olmalı ve tek tetiğe sahip olmalıdır.
- Rahat yerleştirip çıkarmak için anvil düşük profilili olmalıdır.
- Stapler ateşlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattından güvenli biçimde zımba hattına zarar vermeden rahatlıkla geçebilmesi için anvil başının düşmesini sağlayan mekanizmaya (tilt top mekanizmasına) sahip olmalıdır.
- Anvilin staplerdaki bıçakla karşılaşan alt yüzeyinde Mylar adı verilen sert bir materyalden yapılmış olmalıdır ve bu bıçağın daha güçlü kesmesini sağlamalıdır.
- Steril paketin içerisinde,gerekli vakalarda düşük profilili anvile takılarak kullanılabilecek künt uçlu ve sivri uçlu olmak üzere 2 ayrı çeşit plastik delici trokar bulunmalıdır.
- Steril paketlenmiş malzeme en az 4 yıl miyadlı olmalıdır.


Doç. Dr. Tutkun TALİH
Dip. Tes. No: 131722 Uzm.Tes.No: 36575
Genel Cerrahi A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Doç. Dr. Muhammet AKYÜZ
Genel Cerrahi
Dip. No: 95587
Erciyes Univ. Tıp Fak. Hastaneleri

KAVİSLİ KESİCİ STAPLER

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynı anda kavis şeklinde dört sıra zımba atma ve bunların ortasını kesme işi yapmalıdır.
4. Staplerin başı kavisli olmalıdır.
5. Kullanılan zımbaların materyali titanyum olmalıdır.
6. Stapler üzerinde zımba yüklü bir kartuş hazır gelmelidir.
7. Aynı hasta üzerinde beş kez kartuş değiştirebilmeli, üzerindeki ile birlikte toplam altı kez ateşleme yapabilmelidir.
8. Stapler tek elle kullanılabilmelidir.
9. Zımbalar 2.0 mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
10. Zımbalar kapandıktan sonra "B" formunu almalı ve korumalıdır
11. Zımba eni en az 3.0 mm, bacak uzunluğu en az 4.7 mm olmalıdır.
12. Zımba teli çapı en fazla 0.23 mm olmalıdır.
13. Kartuş içinde en az 46 zımba bulunmalıdır.
14. Zımba en dış hattı uzunluğu en az 48mm, en iç hattı uzunluğu en az 40mm olmalıdır.
15. Kesi hattı en az 40mm olmalıdır.
16. Stapler şaftı en az 22cm uzunlukta olmalıdır.
17. Stapler ağırlığı en fazla 489gr. olmalıdır
18. Kapanma esnasında, dokunun dışarı kaymasını engellemek için, çenelerin ucunda doku tutucu çubuk bulunmalıdır. Bu çubuk hem elle hem de otomatik olarak aktive edilebilmelidir.
19. Tutaç üzerinde, birincisi dokuyu çenelere tespit eden, ikincisi ateşlemeyi yapan iki kol bulunmalıdır.
20. Dokuyu çenelere tespit eden kol kapatılmadıkça ateşlemeyi engelleyen güvenlik mekanizması bulunmalıdır.
21. Zımbalanacak dokunun kolay tespit edilebilmesi için, ara kapanma özelliği olmalıdır.
22. Stapler çeneleri, düzgün zımba formasyonu için, birbirine tam paralel konumda kapanmalıdır.
23. Tutaç üzerinde tespit kolunu açmaya yarayan bir düğme bulunmalıdır.
24. Boş kartuşla doku travması olmaması için, kolları kilitleyen bir güvenlik mekanizması olmalıdır.
25. Aynı stapler üzerine, hem normal, hem de kalın doku kartuşları takılabilmelidir.
26. Ateşleme işleminin tamamlandığını gösteren, cerrahın duyabileceği yükseklikte bir ses verme özelliği olmalıdır.


Doç. Dr. Tüknun TALİH
Dip. Tes. No: 131722 Uzm. Tes. No: 95575
Genel Cerrahi A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Doç. Dr. Muhammet AKYÜZ
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 95587
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Hastaneleri

KAVİSLİ KESİCİ STAPLER KARTUŞU


1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Kullanılan zımbaların materyali titanyum olmalıdır.
4. Zımbalar 2.0mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
5. Zımbalar kapandıktan sonra "B" formunu almalı ve korumalıdır
6. Zimba eni en az 3.0mm, bacak uzunluğu en az 4.7mm olmalıdır.
7. Zimba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
8. Kartuş içinde en az 46 zimba bulunmalıdır.
9. Zimba en dış hattı uzunluğu en az 48mm, en iç hattı uzunluğu en az 40mm olmalıdır
10. Kavisli kesici stapler kartuşu teknik özellikleri verilen kavisli kesici stapler ile uyumlu olmalıdır



Doç. Dr. Tutkun TALİH
Dip.Tes. No: 131722 Uzm.Tes.No:95575
Genel Cerrahi A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Doç. Dr. Muhammet AKYÜZ
Genel Cerrahi
Dip. No: 95587
Erciyes Üniv. Tıp Fak. Hastaneleri

DISPOSABLE DÜZ KAPATICI STAPLER KARTUŞU 60-4.8MM (KALIN DOKU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Üzerindeki kartuşuyla en az 60 mm (+/-1mm) uzunluğunda iki sıralı stapıl hattını dokuya yerleştirerek kapama yapma özelliği olmalıdır.
3. Staplerin kartuşunda pin bulunmalıdır.
4. Kartuşun üzerinde bulunan pin mekanizması hem otomatik hem de manuel olarak kullanılabilmelidir.
5. Kartuş üzerinde zımbaların ateşlemeden önceki bacak uzunluğu mm cinsinden yazılı olmalıdır.
6. Staplere takılacak kartuşdaki zımbaların bacak uzunluğu ateşlemeden önce 4.8 mm, ateşlendikten sonra 2.0 mm olmalıdır.
7. Kartuş staplere takılırken elden kaymasını engelleyecek özel tutma yerleri bulunmalıdır.
8. Steril paketli malzeme en az 5 yıl miyadlı olmalıdır.
9. ISO, TUV, CE, FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.
10. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
11. İthal ürünler için üretici firma tarafından verilmiş apostille kaşeli distribütörlük veya bu distribütörce verilmiş yetkili bayilik belgesi ibraz edilmelidir.


Doç. Dr. Tutkun TALİH
Dip. Tes. No: 131722 Uzm. Tes. No: 39575
Genel Cerrahi A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Doç. Dr. Muhammet AKYÜZ
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 95587
Erciyes Üniv. Tıp Fak. Hastaneleri