

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
02.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **KORONER ANJIYOGRAFI** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	İNDEFLATÖR	100 ADET	
2	BAĞLANTI SETİ, OPAK MADDE İÇİN VOLTLİ	250 ADET	
3	KONNEKTÖR Y	200 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **16/08/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma
Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.
Mail adresi: Satinalma1@erciyes.edu.tr

INFLATION DEVICE (INDEFLATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dilatasyonbalonunun şişirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
2. 30cc kapasiteli ve 26 atm basınç skalalı manometreye sahip olmalı, gerektiğinde büyük balonların şişmesine olanak sağlamamalıdır.
3. Ergonomik dizayna sahip olmalı sol yada sağ elle rahatlıkla manipüle edilebilmelidir.
4. Inflation device hızlı şişirme, kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye elverişli olmalıdır.
5. Inflation device, hava kabarcıklarının gözlemlenmesine olanak sağlayan şeffaf (transparan) mamül olmalıdır.
6. Manometre üzerinde şişirme ve indirme işlemlerini tanımlayan indikatör bulunmalıdır.
7. Steril orjinal ambalajında teslim edilmemelidir.
8. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
9. Sistem şişirme ünitesi (hazne), basınç skalası (manometre) yüksek basınç hattı ve üç yol musluk (stopcock) ünitelerinden oluşmalıdır.
10. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır
11. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
12. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
13. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet Türedi
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

BAĞLANTI SETİ OPAK MADDE İÇİN, VALFLİ

1. Manifold şeffaf yapıda olmalıdır.
2. Manifold da birbirinden bağımsız üç adet musluk bulunmalıdır.
3. Manifold, hastanın hem sağma hem de soluna yerleştirilebilecek şekilde olmalıdır.
4. Manifold, enaz, 500 PSI basınç'a dayanıklı olmalıdır.
5. Kullanım kolaylığı ve güvenlik amacıyla line bağlantı yerleri çevirmeli olmalıdır.
6. KoronerAnjio enjektörü basınca dayanıklı şeffaf yapıda olmalıdır.
7. KoronerAnjio enjektörü 12cc hacminde, 2cc stoperli olmalıdır.
8. KoronerAnjio enjektörü hazne kısmında 2 Adet, Piston proksimalinde ise 1 Adet parmak geçirme yerleri olmalıdır.
9. KoronerAnjio enjektörü standart luerlocklu olmalıdır.
10. Set içerisinde en az 1 adet serum seti ve 1 adet en az 100cm uzunluğunda uzatma line 1 olmalıdır.
11. Set steril poşetlerde, en az 1(bir) yıl miatlı olmalıdır.
12. Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
13. CE onaylı olmalıdır.
13. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
15. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji Uzmanı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 3622
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Y.CONNECTOR SET (PUSH PULL) (KR1145)

SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE OLUP TÜM ÜRÜNLER TEK BİR PAKETTE TESLİM EDİLMELİDİR.

TORQUER


- PTCA SIRASINDA 0.010 İLE 0.018 INCH GUİDE WİRE'A HÜKMETMEK AMACIYLA WİRE'İ SIKIŞTIRAN, BİRBİRİNE VİDALANAN İKİ PLASTİK PARÇADAN OLUŞMALIDIR.
- SIKIŞTIRMA ÜNİTESİ KILAVUZ TELLERDE AÇILANMAYA VEYA ÜZERİNDEKİ KAYGAN MATERYELE ZARAR VERMİYECEK ŞEKİLDE METAL(PRİNÇ) DEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.


Y. CONNECTOR (PUSH PULL)

- DİSTAL UCU İLE KATATERE BAĞLANAN DİĞER UCUNUN İÇERİSİNDEN GUİDE WİRE VE BALON, STENT GEÇMESİNE İZİN VERECEK ŞEKİLDE GENİŞLETİLEBİLECEK VEYA GEREĞİNDE GERİ KAN AKIMINI ÖNLEMELİK İÇİN SIKIŞTIRILABİLECEK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İŞLEYEN İT- ÇEK VALF SİSTEMİ OLAN ÜÇÜNCÜ YOLLA ANGİO KİT VEYA KONNEKTÖRE BAĞLANAN İÇ ÇAPI EN AZ 7,5F VEYA ÜZERİNDE OLAN PLASTİKTEN YAPILMIŞ ŞEFFAF YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI BİR KONNEKTÖR OLMALIDIR.
- Y.KONNEKTÖRE BAĞLI EN AZ 50 CM LINE OLUP UÇ KISMINDA 3LÜ STOPCOCK OLMALIDIR.
- MEVCUT MEKANİZMA SİSTEMİ SAĞLIKLI OLARAK ÇALIŞIP, İÇERİSİNDEN KATATER VEYA KILAVUZ TELİ DEFORME ETMEMELİDİR..

INSERTION TOLL (KÜNT İĞNE)

- KILAVUZ TEL YÖNLENDİRİCİSİ METAL OLMALIDIR.
- EN AZ 10 CM UZUNLUGUNDA OLMALIDIR.
- UCU KÜNT VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR.
- 0.018 KALINLIĞINDA Kİ KILAVUZ TELE KADAR TÜM KILAVUZ TELLERİN KULLANILMASINA OLANAK TANIMALIDIR.


Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip. Teş. No: 3622
Erdiyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip. Teş. No: 3622
Erdiyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri