

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
02.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **TIBBİ SARF ANA DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	AİRWAY 1	100 ADET	
2	AİRWAY 2	300 ADET	
3	ANESTEZİ MASKESİ 2	500 ADET	
4	ASPIRASYON TORBASI 3000ML	1000ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **16/08/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma
Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.
Mail adresi: Satinalma1@erciyes.edu.tr

AIRWAY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anatomik kıvrımlı olmalıdır.
2. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki tıbbi PVC'den yapılmış olmalı
3. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemeli
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalı
5. Renk kodu bulunmalı
6. Ambalaj tekli, temiz paketlerde olmalı
7. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
9. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Erçyes Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD.
Dip. No: 5695 Tescim No: 5577
Sicil No: 8237
02/10/2014
Ganize TALİH

Prof. Dr. Kudret DOĞRU
Dip. No: 5695 Tescim No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erçyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anestezi maskesi tek kullanımlık olmalıdır.
2. Maskenin yüzeyi hasta ile tam temas etmelidir.
3. Hastanın vital fonksiyonlarını rahatça izleyebilmek için şeffaf olmalıdır.
4. Hastanın rahatı ve yüz yapısına uygun olabilmesi için, valfli bir hava yastağı bölümü olmalı ve bu bölüm istenilen oranda havayla doldurulabilmelidir.
5. Maske silikon ya da pvc den yapılmış olmalıdır.
6. Değişik boylarda temin edilmelidir. (00'dan 05'e kadar)
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriğı hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
8. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

ASPIRASYON TORBASI 3000 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kitler hortum ve torbalardan oluşmalıdır.
2. Torba üzerinde biri hasta diğeri vakum olmak üzere en az 2 adet giriş bulunmalıdır. Seri bağlantı portu torba üzerinde veya canister üzerinde bulunmalıdır.
3. Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
4. Kitler, fleksibi (esnek) polietilen yapıda 3000 cc olacaktır.
5. Kitin vakum kaynağı bağlantı girişinde, entegre, çift kademeli bir filtre bulunmalıdır. Bu filtrenin kontaminasyon riskini engelleyecek şekilde 0.45 mikronluk bakteriyel bir filtre ile aerosoller tutabilecek ikinci bir filtreden oluşması gerekmektedir.
6. Hastadan aspire edilen materyalin, kite giriş yerinde geri akışı engelleyen "tek yönlü valf" bulunmalıdır.
7. Aspire edilecek materyalin hacim artışına bağlı olarak, kitler birbirine ayrı bir giriş sayesinde seri olarak bağlanabilmelidir.
8. Kitin vakum kaynağı bağlantı girişinde ayrıca mekanik bir shut off valf (mekanik şamandra) bulunmalıdır.
9. Canister üzerinde açma/kapama (on/off) düğmesi bulunmalıdır.
10. Canister'ler transparan polikarbonat yapıda olmalı ve 122C'ye kadar ısıda, otoklavda sterilize edilebilmelidir.
11. Kitler tam kapasite doldurulmaya uygun olmalıdır.
12. Ürünlerin CE belgesi bulunmalıdır.
13. Kitlerin kullanımı için gerekli olan donanım, hastane yönetiminin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak karşılanacaktır. (Yoğun bakım için duvar bağlantı plakaları, vakum monometresi v.s)
14. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.
15. Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

Dr. Öğrt. Üyesi Gamze TALİH
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD.
Dip. Tes. No: 150714 Sicil No: 8237
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Kadri DOĞRU
Dip. No: 5695 Sicil No: 5577
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri