

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ  
03.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi HEMODİYALİZ ÜNİTESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ  
Hastane Müd. Yrd.

| S.no |                                                                                                                                                                                                     | Miktarı    | Birim fiyatı |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1    | VENÖZ FİSTÜL İĞNESİ 15G                                                                                                                                                                             | 2 000 ADET |              |
| 2    | ARTER FİSTÜL İĞNESİ 15G                                                                                                                                                                             | 2 000 ADET |              |
| 3    | VENÖZ FİSTÜL İĞNESİ 17G                                                                                                                                                                             | 500 ADET   |              |
| 4    | ARTER FİSTÜL İĞNESİ 17G                                                                                                                                                                             | 500 ADET   |              |
| 5    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 6    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 7    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 8    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 9    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|      |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|      | <b>TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR</b>                                                                                                    |            |              |
|      |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir. |            |              |
|      | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                             |            |              |
|      | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                    |            |              |
| A    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                       |            |              |
| B    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                           |            |              |
| C    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                          |            |              |
| D    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                    |            |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                             |            |              |
| F    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                        |            |              |
| G    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                                                                           |            |              |
|      |                                                                                                                                                                                                     |            |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç 08/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

## FİSTÜL İĞNE SETİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Tüp uzunluğu 15-25 cm olmalıdır.
2. Her iğnede klemp bulunmalıdır.
3. Tüm malzemeler steril ambalajlarda bulunmalı ve sterilizasyon şekilleri ve tarihi ile son kullanma tarihi (teslim anından itibaren en az iki yıl olmalı) ve seri lot numaraları ambalajda yazılı olmalıdır.
4. İğne ucu 17 gauge ve 1.1/4 inç uzunluğunda ve döner başlıklı olmalıdır.
5. Arter için kullanılacak fistül iğnesi sırt kenar deliği ihtiva etmelidir.
6. Tekliflerden sonra merkeze 4 adet iğne örneği denenmek üzere teslim edilmelidir.
7. Malzemelerin uluslararası kalite belgeleri (CE veya TÜV gibi) olmalıdır. Aracı kurumlar ise bu ihale için ruhsat sahibince aracı tayin edildiklerini belgeleyeceklerdir.
8. Teklif edilecek malzemelerin markası, tipi, modeli bildirilerek yukarıdaki özelliklere tamamen uygun olduğu bildirilmeli ve bir takım numune denenmek üzere Satın Alma birimine teslim edilmelidir. Malzeme denenecek ve bildirilen performans değerlerinin uygun olup olmadığı araştırılacaktır. Uygun görülmeyen malzemeler şartnameye uymamış kabul edileceklerdir.


Prof. Dr. Oktay OYMAK  
Nefroloji Bilim Dalı  
Dip. Tes. No: 36839  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Oktay OYMAK  
Nefroloji Bilim Dalı  
Dip. Tes. No: 36839  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

## FİSTÜL İĞNE SETİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Tüp uzunluğu 15-25 cm olmalıdır.
2. Her iğnede klemp bulunmalıdır.
3. Tüm malzemeler steril ambalajlarda bulunmalı ve sterilizasyon şekilleri ve tarihi ile son kullanma tarihi (teslim anından itibaren en az iki yıl olmalı) ve seri lot numaraları ambalajda yazılı olmalıdır.
4. İğne ucu 15 gauge ve 1.1/4 inç uzunluğunda ve döner başlıklı olmalıdır.
5. Arter için kullanılacak fistül iğnesi sırt kenar deliği ihtiva etmelidir.
6. Tekliflerden sonra merkeze 4 adet iğne örneği denenmek üzere teslim edilmelidir.
7. Malzemelerin uluslararası kalite belgeleri (CE veya TÜV gibi) olmalıdır. Aracı kurumlar ise bu ihale için ruhsat sahibince aracı tayin edildiklerini belgeleyeceklerdir.
8. Teklif edilecek malzemelerin markası, tipi, modeli bildirilerek yukarıdaki özelliklere tamamen uygun olduğu bildirilmeli ve bir takım numune denenmek üzere Satın Alma birimine teslim edilmelidir. Malzeme denenecek ve bildirilen performans değerlerinin uygun olup olmadığı araştırılacaktır. Uygun görülmeyen malzemeler şartnameye uymamış kabul edileceklerdir.

  
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN  
Nefroloji Bilim Dalı  
Dip. Tes. No: 36839  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

  
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN  
Nefroloji Bilim Dalı  
Dip. Tes. No: 36839  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri