

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
11.08.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ONKOLOJİ KİT HASTANESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.


S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ 9G – 10 CM	300 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 18/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ (Capture System)

- 1- Kemik iliği biyopsi stilesi kolay hızlı penetrasyona imkan verecek şekilde trokar uçlu olmalıdır.
- 2-Kemik iliği iğne kanülü ucu keskinliği sağlamak ve alınan örneğin korunması için balık ağzı şeklinde taşlanmış olmalı ve uca doğru incelen (tapered) yapıda olmalıdır.
- 3-iğne tutamağı ergonomik olmalıdır.
- 4-iğnenin arka ucu luer lock konnektörlü ve universal enjektörlere tam uyumlu olmalıdır.
- 5-işlemi daha güvenli yapabilmek açısından iğne tutamağı kilitlenebilir olmalıdır.
- 6-Biyopsi seti hızlı ve pratik bir şekilde örnek almaya imkan veren *capture* canula içermelidir.
- 7-Capture canula işlem sırasında eğilmeyecek sertlikte olmalı
- 8-iğne ile birlikte set içeriğinde birer adet; capture cannula, örnek çıkarma probu, adaptör luer cap ve biyopsi örtüsü bulunmalıdır.
- 9-Kemik iliği biyopsi iğnesi 300 adet 9G 10 cm uzunluğunda olmalı
- 10-Son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır.


İş H. ...
Cep. No: ...
Erişkes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Doç. Dr. ...
İş H. ...
Erişkes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri