

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
11.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TIBBİ SARF ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	SAÇ TEMİZLEME BONESİ	1000 ADET	
2	CERRAHİ ALAN KİL TEMİZLEME İÇİN KESİCİ UÇ	1000 ADET	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 25/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

SAÇ TEMİZLEME BONESİ

- 1- Her bir hasta için tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır.
- 2- 650-750 W mikrodalga fırınında ısıtıldıktan sonra hastanın başına bone olarak geçirilmeli ve içindeki maddeler vasıtasıyla saç masajlanarak temizlemeye uygun özellikte olmalıdır.
- 3- Bone çıkarıldıktan sonra saçlar yeniden yıkanıp, durulamaya gerek kalmayacak özellikte olmalıdır.
- 4- Hasta saçı temizlendikten sonra kendi ayrı bir işlem gerektirmemeli havlu ile kurulanabilmelidir.
- 5- Numune denendikten sonra seçim yapılacaktır, numune vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Prof. Dr. Sadret YÖĞÜT
Diy. No: 563/2007, No: 6577
Ankara Tıp Fakültesi
Etiler Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahane

CERRAHİ ALAN KIL TEMİZLEME UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Vücudun her alanındaki kılları tek bir uç ile traş edebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır,
- 2- Farklı bir uca ihtiyaç duymadan baştaki kılları ve ıslak kılları kesebilme özelliğine sahip olmalıdır,
- 3- Kesici uçlar cilt bütünlüğünün bozulmasını engelleyecek tasarımda ve cilt yüzeyine yakın olan bıçak hareketsiz olmalıdır.
- 4- Kesim işlevini gören bıçak ise sabit bıçağın üzerinde yer almalı ve ciltten uzak olmalıdır bu husus cihaz çalışırken ucun görsel olarak klinik tarafından değerlendirilmesine tabi tutulacaktır ve Uygunluk değerlendirilmesi buna göre yapılacaktır.
- 5- Uçlar tekli paketler halinde olmalı,paket yapısı bıçak ile temasa izin vermeden uçların cihaza takılabilmemesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır ve olası yaralanma risklerini engelleyecek özellikte olmalıdır.

UÇLARLA BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

- 1-Kesici uçların kolayca yerleştirilebileceği clipper cihazı olmalı ve yerleştirildiğinde kısım sabit başlıklı olmalıdır,
- 2- Kesici uçların yerleştirileceği cihaz elle tutulması kolay olmalı ve kaymamalıdır,
- 3-Cihazın şarj edilmesi için kablolu şarj yuvası olmalı ve cihaz kablosuz kullanılabilmelidir,
- 4-Cihaz musluk suyu altında temizlenebilir veya yüksek düzey dezenfektan solüsyonun içerisine batırılabilir olmalıdır,
- 5-Cihaz %70 alkol ,%2 çamaşır suyu Alkali Glutaraldehit, Kuarterner Amonyum klorür veya klor –clean solüsyonunu ile temizlenebilmelidir,
- 6-Cihazın bataryası aşırı şarj edilmeyi engelleyen ve hafıza etkisi olmayan Lityum-İyon-Nikel-metal hydrit özelliğinde olmalıdır.
- 7-Cihaz tam şarj edildikten sonra yaklaşık 160 dakika çalışabilmelidir,
- 8- Uçlarla birlikte 100 cihaz bedelsiz olarak verilmelidir.

Prof. Dr. S. Y. DOĞRU
Diy. No: 663 Tarih: 02.557
Ankara Tıp Fakültesi ve Rejimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi