

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
12.08.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi PLASTİK CERRAHİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	YARA ÖRTÜSÜ (DERMALİX 5*5 CM)	20 ADET	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 25/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

KOLLAGEN VE RESVERATROL İÇERİKLİ BİYOAKTİF YARA ÖRTÜSÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enfekte olmayan akut ve kronik yara tedavisinde kullanılabilir olmalıdır.
2. İçeriğinde dipalmitoil fosfatidilkolin, resveratrol, laminin, hyaluronik asit ve tip 1 kollajen, jelatin olmalıdır.
3. Uygulandığında yara yatağında tamamen emilebilir özellikte olmalıdır.
4. Gözenekli ve üç boyutlu yapıda olmalı ve böylece hücre büyümesi ve besleyici maddelerin uygun şekilde değişimine ortam sağlayabilme özelliği olmalıdır.
5. Yara yatağında hücre büyümesi için mekanik destek sağlayarak doku onarımını olumlu etkilemelidir.
6. Biyoçözünür olmalıdır.
7. Toksisitesi olmamalıdır.
8. Uygulaması ağrısız olmalıdır.
9. Yara yatağında oksidatif stresi azaltabilir özellikte olmalıdır.
10. Ürün tamamen steril koşullarda üretilmiş olmalı ve sterilizasyon yöntemi gama sterilizasyon olmalıdır.
11. 5 cm x 5 cm ebadında olmalı ve ayrı ayrı steril paketlerde olmalıdır.
12. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
13. Firma tarafından teslim edilen ürünler, son kullanım tarihi yaklaştığında bedelsiz değiştirilebilir olmalıdır.
14. Class III tıbbi cihazlara göre sınıflandırılmış olmalıdır.
15. Ürün Sağlık Bakanlığı'na yayınlanıp yürürlükte olan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.

Doç. Dr. C. Alper KEMALOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sercan YÜCEL