

## DERMAPEN BAŞLIĞI ŞARTNAMESİ

- 1)Ürün tekli ambalajlarda steril olmalı
- 2)Saç ,yüz ve vücut için kullanıma uygun olmalı
- 3)Her bir başlık en az 12 iğneye sahip olmalı
- 4)Raf ömrü en az 3 yıl olmalı
- 5)Dermapen cihazına kolay ,uğraştırmadan ve sorun çıkarmayarak sistemi rahatlıkla oturmalı
- 6)Ambalajların her birinin üzerinde son kullanma tarihi bulunmalı
- 7)İğne uçları paslanmaz çelik yapıda olmalı
- 8)CE belgeli ürün olmalı
- 9)Uygulama esnasında başlık hızlı hareket etmeli; deriye giriş çıkışlarında hızlı ,pratik uygulanılabilir olmalı

Prof.Dr.Murat BORLU  
Erciyes Üni. A.D.  
Dip.No : 151418 / T. No : 87345  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖKSÜM SOLAK  
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 151418  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

## MEZOTERAPİ SETİ ŞARTNAMESİ

- 1)Ürün tekli ambalajlarda steril olmalı
- 2)Ölçüleri 30G/12Mm ve 32G/12Mm boyutlarında olmalı
- 3)Saç ,yüz ve vücut uygulaması için uyumlu yapıya sahip olmalı
- 4)Ambalajların üzerinde son kullanma tarihi bulunmalı
- 5)CE belgeli ürün olmalı
- 6)Deriye kolay girmeli en az acıya sebebiyet veren işlemlerin hızlı ve yapılmasına elverişli olmalı
- 7)Çoklu enjeksiyonlarda körelme ,takılma sıkıntısı yaşatmamalı
- 8)Mezoterapi ürünleri kullanılmakta iken tıkanmaya neden olmayıp,akışkanlığı engellememeli

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖKSÜM SOLAK  
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D.  
Dip. No : 161418  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖKSÜM SOLAK  
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes. No: 161418  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri