

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
02.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DERMAPEN BAŞLIĞI	1000 ADET	
2	MEZOTERAPİ İĞNESİ 30Gx12 MM (KIT MESBİO U225)	500 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **31/08/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma
Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

DERMAPEN BAŐLIĐI ŐARTNAMESİ

- 1)Ürün tekli ambalajlarda steril olmalı
- 2)Saç ,yüz ve vücut için kullanıma uygun olmalı
- 3)Her bir başlık en az 12 iĐneye sahip olmalı
- 4)Raf ömrü en az 3 yıl olmalı
- 5)Dermapen cihazına kolay ,uĐraőtırmadan ve sorun çıkarmayarak sistemi rahatlıkla oturmalı
- 6)Ambalajların her birinin üzerinde son kullanma tarihi bulunmalı
- 7)iĐne uçları paslanmaz çelik yapıda olmalı
- 8)CE belgeli ürün olmalı
- 9)Uygulama esnasında başlık hızlı hareket etmeli; deriye giriş çıkışlarında hızlı ,pratik uygulanılabilir olmalı

Prof.Dr.Muhsin BORLU
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D.
Dip.No : 15744 / 07345
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖKSÜM SOLAK
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 151418
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

MEZOTERAPİ SETİ ŞARTNAMESİ

- 1)Ürün tekli ambalajlarda steril olmalı
- 2)Ölçüleri 30G/12Mm ve 32G/12Mm boyutlarında olmalı
- 3)Saç ,yüz ve vücut uygulaması için uyumlu yapıya sahip olmalı
- 4)Ambalajların üzerinde son kullanma tarihi bulunmalı
- 5)CE belgeli ürün olmalı
- 6)Deriye kolay girmeli en az acıya sebebiyet veren işlemlerin hızlı ve yapılmasına elverişli olmalı
- 7)Çoklu enjeksiyonlarda körelme ,takılma sıkıntısı yaşatmamalı
- 8)Mezoterapi ürünleri kullanılmakta iken tıkanmaya neden olmayıp,akışkanlığı engellememeli

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖKSÜM SOLAK
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D.
Dip. No: 1674 (Bis. No: 47345)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖKSÜM SOLAK
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 161418
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri