

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
19.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin ECZANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	PARENTERAL BESLENME TRANSFER SETİ	7000 ADET	
2	IŞIKTAN KORUYUCU PARENTERAL BESLENME TORBASİ(200CC YE KADAR)	14 000 ADET	
3	IŞIKTAN KORUMALI PARENTERAL BESLENME TORBASİ(2000 CC ÜZERİ)	300 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **05/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

İŞIKTAN KORUMALI EVA (ETİL VİNİL ASETAT) TORBA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. İlaç ya da solüsyonların dolumunun yapılacağı torba EVA (Etil Vinil Asetat) yapısında olmalı ve hastanemizin kullandığı ebatlarda (250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml ve 4000 ml) temin edilebilmelidir.
2. İlaç ve solüsyonların dolumunun yapılacağı torba UV ışıktan korumalı yapısı sayesinde, 175-525 nm frekans aralığında en fazla %5 geçirgelik ile gün ışığının zararlı etkilerini önlemelidir.
3. Torbalar steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi paketin üzerinde yazılı olmalıdır.
4. Torba, dolumun yapılacağı cihaz ile birlikte çalışan Transfer Setlere uyumlu olmalıdır.
5. Torba, karışımda partikül oluşumunu engellemek için (portların torbaya yapıştırılabilmesi için eser miktarda kullanılan PVC hariç) PVC, Lateks ve DEHP içermemelidir.
6. Torbada, compounder cihazı dolum girişi, uygulama girişi ve yedek solüsyon ekleme girişi olmalıdır.
7. Torbalar pratik şekilde asılabilmeli ve üzerindeki ölççekler açık ve net olarak okunabilmelidir.
8. Ürünün ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10. Bu teknik şartname, toplam 10 maddeden oluşmaktadır.

TRANSFER SET TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Transfer Setler, steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalajının üzerinde ne ile steril edildiği, seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
2. Cihaz ile birlikte kullanılacak olan transfer setler, yetişkin ve bebek parenteral beslenme tedavi protokolünde yer alan ve ünitemizde kullanılan tüm solüsyon ve ilaçların tek bir torbaya eklenmesine uygun olarak dizayn edilmiş olmalı, özellikle bebeklerde infeksiyonun önlenmesi için elle doluma mahal vermemelidir.

Transfer Set şişe, flakon, mediflex torba ve şırınga kaynaklı konteynirlerin kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş olmalı ve her bir çeşit solüsyonda kullanılmak üzere steril tekli ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır.

*Transfer Set şişe, fiakon, mediflex torba ve enjektörlerle gün içerisinde sayısız doluma olanak sağlamalıdır.

*Şeffaf hortumu sayesinde sıvı akışını gözlemlene imkanı vermemelidir.

3. Karışım hazırlamada kullanılan solüsyon bittiğinde transfer sette priming (on hazırlık işlemi) gerekmeden solüsyon değiştirilebilmelidir.
4. Transfer Setler, 24 saat boyunca sayısız doluma olanak sağlamalıdır.
5. Transfer Set DEHP, PVC ve Lateks içermemelidir.
6. Transfer setler, compounder (karıştırıcı) cihazı ve torbalarla uyumlu olmalıdır.
7. Transfer setlerinin, compounder cihazı veya serum/ilaç ile bağlantı yerleri herhangi bir kontaminasyona mahal vermeyecek şekilde olmalıdır.
8. Her iki ucunda da koruyucu kapak bulunmalıdır.
9. Kaynak torbaya minimum 0,2 ml hacminde sıvı aktarımına imkan vermemelidir.
10. Bu teknik şartname 10 maddeden oluşmaktadır.