

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
24.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin ÜROLOJİ A.D ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DOUBLE J KATETER 4.8FR 12CM	10 ADET	
2	DOUBLE J KATETER 4,8FR 20CM	25 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYEECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **12/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

1- 4,8FR 12 CM DOUBLE J STENT

1. Stent, 12 ay vücutta kalabilmelidir.
2. Stentin iki ucu "0" şeklinde olmalıdır.
3. Stent iç tarafı rigid, dış tarafı yumuşak çift materyalle kaplı olmalıdır.
4. Üzerinde her 5cm de bir cm çizgileri olmalıdır.
5. Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
6. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0.035 inc 150cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
7. Polyamide materyalden üretilmiş, 70 cm basit itici (simple pusher) olmalıdır
8. 4.8Fr kalınlığında ve 12,15, ve 30cm muhtelif boylarda olmalıdır.
9. Radyopak olmalıdır.
10. Steni tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
12. Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
13. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
14. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
15. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

2- 4,8FR 20CM DOUBLE J STENT

1. Stent, 12 ay vücutta kalabilmelidir.
2. Stentin iki ucu "0" şeklinde olmalıdır.
3. Stent iç tarafı rigid, dış tarafı yumuşak çift materyalle kaplı olmalıdır.
4. Üzerinde her 5cm de bir cm çizgileri olmalıdır.
5. Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
6. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0.035 inc 150cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
7. Polyamide materyalden üretilmiş, 70 cm basit itici (simple pusher) olmalıdır
8. 4.8Fr kalınlığında ve 12,16,20,24 ve 30cm muhtelif boylarda olmalıdır.
9. Radyopak olmalıdır.
10. Steni tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
12. Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
13. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
14. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
15. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

Doç. Dr. Emre Can AKINSAL

Üroloji Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi

Doç. Dr. Numan BAYDİLLİ

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı