

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
24.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin GÖZ A.D ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI HİDROFOBİK LENS	100 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **12/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

1-KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI ARKA KAMARA LENSİ (HİDROFOBİK) ŞARTNAMESİ

1. Optiğin tamamı hidrofobik akrilik yapıda olmalıdır. Optik su içeriği %5'den az olmalıdır. Lens sıvı içerisinde olmamalıdır.
2. Optik çapı 6.00 mm haptik boyu 13.00 mm. olacaktır.
3. Optik şekli equikonveks (simetrik bikonveks) olacaktır.
4. A sabiti 118.4 olacaktır.
5. Haptik optik arasında 5-10 derece açı olmalıdır.
6. Teorik AC derinliği en az 5.0 mm olacaktır.
7. Refraktif indeksi 1.47 olacaktır.
8. Optik katlanabilir özellikte olacaktır.
9. Ultraviyole absorban olmalıdır.
10. Haptikleri polimetil metakrilat (PMMA) yapıda ve mavi renkte olacaktır.
11. PCO gelişimi engelleyecek ve glare oluşturmayacak şekilde kenar yapısına sahip olmalıdır. Lens PCO gelişimini engelleyecek optiedge dizayna sahip olması tercih nedenidir.
12. Küçük kesili katarakt ameliyatında arka kamaraya, kapsül içine yerleştirilebilecek ve katlanınca 2.8mm'lik kesiden implante edilebilecektir.
13. İmplantasyon ile ilgili olarak her lens ile disposable kartuş ve 1 adet reusable kullanıma uygun unfold sistemli lensler bitene kadar ücretsiz olarak verilecektir.
14. Haptikleri modifiye edilmiş C loop şeklinde olacaktır.
15. Teklifte birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığınca onaylı çıktısı verilecektir.
16. Lens skalasında bulunan tüm dioptrilerin ubb kodları döküm olarak verilecektir.
17. Klinik hekimlerince denenerek karar verilecektir.

Doç.Dr. Aygün Gülmez Serin

Ayşe Snazmet Aket