

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
24.08.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin RADYOLJOJİ A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	HEMODİYALİZ KATETERİ (GEÇİCİ) 7-8 F 10-12 CM	5 ADET	
2	HEMODİYALİZ KATETERİ (GEÇİCİ) 6.5 F 7.5 CM	10 ADET	
3	PORT KATETERİ YETİŞKİN	50 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **05/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

PEDİATRİK GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacıyla subklavyen, jugüler veya femoral damarlarda kullanılabilmelidir.
2. Isıya duyarlı DEHP içermeyen poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kateter boyutları ve prime hacmi klemplerin üzerinde belirtilmelidir.
4. Çift lümenli kateter üzerinde, arteriyel taraf için kırmızı renkli klemp, venöz taraf için mavi renkli klemp olmalıdır.
5. Kateter 2 lümenli, 7 ve 8 F kalınlığında olmalıdır.
6. Kateter uzunluğu 9-12 cm aralığında olmalıdır.
7. Kateter ölçüleri ihale sonrası bölüm tarafından belirlenecektir.
8. Kateter ısıya duyarlı materyale sahip olmalı ve biyo-uyumlu olmalıdır.
9. Sütür tespit kanatları dönebilmelidir, deriyle irritasyona sebebiyet vermemesi için minimum temasta olmalıdır, sütür açılmadan katetere pozisyon verilebilmelidir.
10. Kateter etilen oksit ile steril edilmiş olmalı ve non-pirojenik temin edilmelidir.
11. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.
13. Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.
14. Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15. Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
16. Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat HERDEM
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 157411
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri




Prof. Dr. Güven KAHRİMAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi



GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ PEDIATRİK 6,5 F 7,5 CM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacıyla subklavyen, juguler veya femoral damarlarda kullanılabilir.
2. Isıya duyarlı DEHP içermeyen poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kateter boyutları ve prime hacmi klemplerin üzerinde belirtilmelidir.
4. Çift lümenli kateter üzerinde, arteriyel taraf için kırmızı renkli klemp, venöz taraf için mavi renkli klemp olmalıdır.
5. Kateter 2 lümenli ve 6,5 F kalınlığında olmalı ve uzunluğu 75 mm olmalıdır.
6. Kateter ısıya duyarlı materyale sahip olmalı ve biyo-uyumlu olmalıdır.
7. Sütür tespit kanatları döner olmalıdır, deriyle irritasyona sebebiyet vermemesi için minimum temasta olmalıdır, sütür açılmadan katetere pozisyon verilebilir.
8. Kateter etilen oksit ile steril edilmiş olmalı ve non-pirojenik temin edilmelidir.
9. Kateter set içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - 1 adet Kateter
 - 1 adet 6,5F için 7F x 150 mm Dilatatör
 - 1 adet 6.5F için 0.028" x 500 mm J uçlu kalibre edilmiş paslanmaz çelikten üretilmiş kılavuz tel
 - 1 adet Introducer iğne 18G 7cm
 - 2 adet Enjeksiyon sızdırmazlık Kapağı
 - 1 adet yara pansuman malzemesi
10. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
11. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.
12. Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalı ve kutu üzerinde işareti bulunmalıdır.
13. Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14. Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
15. Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat HERDEM
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 157411
Erdos Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri



Prof. Dr. Güven KAHRİMAN

Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi



PORT KATETER YETİŞKİN

- 1- Port titanyumdan yapılmış veya yüksek kaliteli plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Port 8-10 french'lik katetere uyumlu olmalıdır.
- 3- Kateter radiopak sliksiyonla yapılmış olmalıdır.
- 4- Kateter venöz yapıda olmalıdır.
- 5- Kateter 8-10 french, 60-80cm uzunlukta ve single lümen olmalıdır.
- 6- Kateter lümeninin iç çapı 1.5-1.7mm olmalıdır.
- 7- Port ve kateter set halinde verilmeli; ve verilecek setin içinde aşağıdaki elemanlar mevcut olmalıdır:
 - a) 2 adet kateter kilidi
 - b) 1 adet J uçlu 0097mm (0.038 inç),50-70cm uzunluğunda guide wire,
 - c) 1 adet I.D. Card
 - d) 1 adet implant report
 - e) 1 adet kullanma kılavuzu
 - f) 1 adet dilatörlü peel apart intraducer
 - g) 1 adet iğne, intraducer, 18 gauge x7cm (2.75inch)
 - h) 1 adet düz, 1 adet 90 derece açılı 22 G olmak üzere 2 adet iğne
 - i) 1 adet şırınga
 - j) 1 adet tüneller
- 8- Ürünün FDA ve CE belgeleri olmalıdır.
- 9- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
- 10- Ürün ölçüleri ihale sonrası klinik tarafından belirlenecektir.
- 11- Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
- 12- Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 13- Ölçüsü biten ürün başka ölçülü ürün ile değiştirilecektir.
- 14- Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat HERDEM
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 157411
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri



Prof. Dr. Güven KAHRİMAN

Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi

