

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
31.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BLOK ARŞİV DOLABI (TIBBİ PATOLOJİ AD.)	10 Adet	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **13/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

DOLAP, KASET BLOK ARŞİVİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler:

- 1-Dolap, Patoloji laboratuvarlarında üretilen kaset blokların dizilebilmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 2-1 Dolap 20 çekmece, 1 çekmece 12 bölüm olmalıdır.
- 3-Çekmecelerde kullanım kolaylığı sağlayacak tutma kolu olmalıdır.
- 4-Dolap 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
- 5-Dolaplar elektrostatik fırın boya ile boyanmalıdır.
- 6-Çekmeceler kendi rayında rahatlıkla hareket edebilmeli, herhangi bir noktaya takılma ya da zorlanma oluşmamalıdır.
- 7-Malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun kontrol edilebilmesi için, 20 çekmeceli 1 adet dolap getirilmelidir.
- 8-Dolapların ayaklarının sabit olması gerekmektedir.

KURULUM:

- 1-Ürün teslimine hak kazanan firma, dolapları Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı arşivine yerleştirecektir.
- 2-Dolapların yerleştirileceği zemin, dolapların dengede olabilmesi için gerekiyorsa firma tarafından düzeltilip, istenilen yere istenilen şekilde yerleştirilecektir.


Prof. Dr. Olgun KONTAŞ
Diploma No: 85 AA 033
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı


Prof. Dr. Figen ZETÜRK
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Dip. No: 86342
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri