

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
13.09.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin NÜKLEER TIP A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	MO 99Tc-99 m JENARETÖR	3 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **26/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

Mo 99Tc-99 m JENERATÖRÜ:

- a-** Jeneratör fizyon ürünü olmalı ve ilk sağım gününde (pazartesi) 1.5 Ci den fazla Tc-99m aktivitesi verebilecek bir jeneratör olmalıdır.
- b-** Kolon oksidatif karakterli olmalı ve kullanılan eluent oksidatif madde içermelidir.
- c-** Jeneratörden, steril, apirojen, enjeksiyona hazır Tc-99m perteknetat solüsyonu istenen volümde elde edilebilmelidir.
- d-** Jeneratörde Tc-99m süzüntüsünün toplandığı vakumlu şişelerin lastik kapaklarından veya şişe ağızlarından herhangi bir imalat veya montaj hatası nedeniyle dışarıya radyoaktif maddenin sızıntısı olmamalıdır.
- f-** Sağım yapılamadığı zamanlarda sağım iğnesi antiseptic madde ihtiva eden tampon ile kapatılabilmelidir.
- g-** Her Jeneratörle birlikte en az 25 sağımlık aksesuar verilecektir.
- h-** İstenildiği tarihten itibaren her hafta, Pazartesi günleri en geç saat 08:30'akadar bölüme teslim edilecektir. Cuma günü teslimat tercih sebebidir.
- İ-**Yüklenici firma, teslimat anında bir hafta önceki jeneratörü teslim (iade) alarak Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun radyasyon güvenliği kurallarına uygun bir şekilde gerekli işlemleri yapacaktır

Doç. Dr. Ümmühan ABDÜLREZZAK
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı