

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
16/09/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE** kullanılmak üzere ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

SELMA ÖZLÜ
Dön.Ser.İşlt. Müd.Yrd.V.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı		Birim fiyatı
1	OPU İĞNESİ TEK LÜMEN	50	ADET	
2	EMBRIYO YERLEŞTİRME KATETERİ	50	ADET	
3	OPU SETİ	50	ADET	
4	ZOR KATETERİ	3	ADET	
5	ET SETİ	20	ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.			
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR			
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.			
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.			
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.			
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN			

	TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.			
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.			
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.			
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.			
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK, .NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATOLOG GÖNDERİLECEKTİR.			
H	<i>TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN ÜRETİCİ VE/VEYA İTHALATÇI FİRMALARI 'T.C.İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'NA KAYITLI OLDUKLARINI BELGELEYECEKTİR.</i>			
I	<i>TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.</i>			
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.			
L	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.			
M	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR.			
N	<i>NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.</i>			
O	<i>TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.</i>			

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak, MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiç bir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anılan Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.


İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının **en geç 20/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr


TEK LÜMENLİ OOSİT ASPIRASYON İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İğne insan oosit veya kist aspirasyon işlemi için dizayn edilmiş ve rahat kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Set aspirasyon iğnesi,kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik iğne tutacağı,iğne koruyucusu,silikon tapa,bir adet polietilen hortum ve silikon tapa üzerinden aspirasyon pompasının hortumuna bağlanabileceği özel bir kısımdan oluşmalıdır.
- 3-Setin tüm parçaları steril ve tek pakette olmalıdır.
- 4-İğne çapı 16-18 G ,uzunluğu 35 cm ve tek lümenli olmalıdır.
- 5-Aspirasyon iğnesi uç kısmı USG cihazında kolaylıkla görülebilmelidir.
- 6-Aspirasyon iğnesinden silikon tapaya kadar olan hortum uzunluğu 900-1100 mm. olmalıdır.
- 7-Tapa silikondan yapılmış ve 14 mm.lik tüpe uygun olmalıdır.
- 8-Ürün tek kullanımlık olmalıdır.Gama ışın veya etilenoksit ile steril edilmiş olup embriyo toksik olmamalıdır.
- 9-Sterilizasyon paketi üzerinde son kullanım tarihi,lot numarası,sterilizasyon şekli belirtilmiş olmalıdır.
- 10-Teslim edilen ürünlerin en az üç yıl miadı olmalıdır.
- 11- Ürün uluslararası kalite standartlarından (ISO, CE, TUV, TSE, TITUBB vb) en az birine sahip olmalıdır.
- 12- Line bağlantı ucu luer uyumlu olmalıdır.
- 13- İğne ucu folliküle rahat girip dokuya zarar vermeyecek keskinlikte olmalıdır.
- 14.Teklifle beraber numune verilmelidir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 15.Her maddeye tek tek cevap verilmelidir.
- 16.Sipariştten itibaren 20 gün içinde malzeme teslim edilmelidir.


Dr.Öz. İvren Fulya ÇAĞLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.No: 2635 Tesis No: 116043
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

EMBRİYO TRANSFER KATATERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik dış koruyucu kılıf,dış katater ve iç katater olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Ürünün tüm parçaları tek bir paket içinde olmalıdır.
3. İç katater poliüretandan ve dış katater PTFE den üretilmiş olmalıdır.
4. İç kataterin uzunluğu 22 -23cm olmalıdır.
5. İç ve dış kataterlerin üzerinde kolayca yerleştirilebilmeleri için 1 cm aralıklı işaretler olmalıdır.
6. 16 G çapında olmalıdır.
7. İç kataterin tamamı USG altında görülebilir olmalıdır.(EKOJENİK)
8. Ekojenik özelliği iç kataterin mikro hava kabarcık teknolojisi ile sağlanmış olmalıdır.
9. İç ve dış katater birlikte esneme ve eski şekline dönme özelliği taşımaktadır.
10. Hub luerlock olmalıdır.
11. Paketin üzerinde son kullanma tarihi,sterilizasyon şekli,ürüne ait LOT numarası olmalıdır.
12. Transfer kataterinin zor vakalarda da kullanılabilmesi için ayrıca alımı yapılacak özel zor transfer stileti olmalıdır.
13. CE , ISO belgelerinden birine sahip olmalıdır.
14. Teklifte beraber numune verilmelidir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Her maddeye tek tek cevap verilmelidir.
14. Siparişten itibaren 20 gün içinde malzeme teslim edilmelidir.


Dr. Öğr. Üyesi Fulva ÇAÇLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dış No: 2695 Tes. No: 116043
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


OPU ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Örtü non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olmalı,tek kullanıma mahsus steril edilmiş olmalıdır.
2. Hasta üst örtülerinde kullanılan malzeme ,işlem sırasında oluşabilecek kan,alkol gibi sıvıların tamamını absorbe edebilecek yapıda olmalıdır.
3. Tüm ürünler medikal amaçla üretilmiş hammaddelerden mamul olmalıdır.
4. Örtüde kullanılacak cilt bantları non alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş olmalıdır.
5. Örtü gerektiğinde steril olmayan bir kişinin açıp rahatça serebilmesine imkan verecek şekilde katlanmış olmalıdır.
6. Örtü üzerinde operasyon bölgesine uygun bir delik olmalı ve deliğin etrafında örtüyü cilde sabitleyici yapışkan cilt bandı olmalıdır.
7. Set içerisinde bulunan USG örtüsü şeffaf olmalı ve kenarlarında USG ye sabitleyici bant olmalıdır.
8. Tüm set içeriği sterilizasyon bohçası ile paketlenmiş ve non steril bir kişinin açabileceği şekilde katlanmış olmalıdır.
9. Alet masa örtüsü ,üstünde medikal non woven malzemeden takviyesi olan ,polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
10. Sette bulunan önlükler cildin nefes almasını sağlamalı fakat alkol,kan gibi sıvıları absorbe etmeden ortamdaki uzaklaştırmalı,alta geçişe izin vermemelidir.önlük kollarında pamuklu dokumadan üretilmiş tüp şeklinde kol manşetleri yer almalıdır.
11. Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
12. Set ETO yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Set aşağıdaki malzemeleri içermelidir:
 - a) Alet masa örtüsü :1 adet 80x100 +/- 5cm
 - b) Düz örtü :1 adet 80x100 +/- 5cm
 - c) OPU örtüsü :1 adet 135x150 +/- 5cm
 - d) USG örtüsü :1 adet 60x60 +/- 5cm
 - e) Litotomik bacak kılıfı :2 adet 60x120 +/- 5cm
 - f) Spanç :10 adet 5x5cm ebadında katlanmış olmalıdır.
 - g) Büyük beden cerrahi önlük :2 adet
 - h) El kurulama havlusu : 2 adet 40x40 +/- 5cm
 - ı) 1 adet biopsi kiti (jel,şeffaf kılıf):biopsi kitindeki şeffaf kılıf latex içermemeli,kenarları dikişsiz,tıbbi yapıştırıcı ile yapıştırılmış olmalı,kılıfın uç kısmı 3,2 +/- 0,2 cm ,uzunluğu 63 +/- 2cm olmalı ve sabitleyici 2 adet lastiği bulunmalıdır ve ayrı olarak tıbbi wrap kağıtlarına sarılı olmalıdır.Yanında bulunan USG jeli steril ,suda eriyebilen özellikte olmalı ve 20 gr. Ayrı paketler halinde verilmelidir.
 - j) Sterilizasyon bohçası :1 adet 100x100 cm
- 14.Teklifle beraber numune verilmelidir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 15.Her maddeye tek tek cevap verilmelidir.
- 16.Siparişten itibaren 20 gün içinde malzeme teslim edilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Fulva CAĞLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.No: 2005 Tes.No: 116043
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ZOR EMBRİYO TRANSFER KATATERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik dış koruyucu kılıfları ile birlikte pembe hub lı dış katater ve yeşil hub lı özel styleti ile birlikte dört parçadan oluşmalıdır.
2. tüm parçalar poliüretandan üretilmiş olmalıdır.
3. dış kataterin uzunluğu hub ile birlikte 19 cm olmalıdır.
4. özel styletin uzunluğu hub ile birlikte 20 cm olmalıdır.
5. dış katater üzerinde birer cm aralıklı işaretler olmalıdır.
6. zor katater şartnamede belirtilen embriyo transfer katateri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.
7. dış katater 16 G çapında olmalıdır.
8. paketin üzerinde son kullanma tarihi,sterilizasyon şekli,ürüne ait lot numarası yazılı olmalıdır.
9. ürünün tüm parçaları tek paket içinde olmalı ve 10 lu kutularda bulunmalıdır.
10. CE,ISO,TSE,TSEK belgelerinden birine sahip olmalıdır.
11. Teklifte beraber numune verilmelidir. Numunelesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Her maddeye tek tek cevap verilmelidir.
13. Sipariştten itibaren 20 gün içinde malzeme teslim edilmelidir.


Dr.Öz.Üyesi **Fulya ÇAĞLI**
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.No: 2695 Tes.No: 110043
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ET ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Örtü non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olmalı, tek kullanıma mahsus steril edilmiş olmalıdır.
2. Hasta üst örtülerinde kullanılan malzeme, işlem sırasında oluşabilecek kan, alkol gibi sıvıların tamamını absorbe edebilecek yapıda olmalıdır.
3. Tüm ürünler medikal amaçla üretilmiş hammaddelerden mamul olmalıdır.
4. Örtüde kullanılacak cilt bantları non alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş olmalıdır.
5. Örtü gerektiğinde steril olmayan bir kişinin açıp rahatça serebilmesine imkan verecek şekilde katlanmış olmalıdır.
6. Set ETO yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
7. Set aşağıdaki malzemeleri içermelidir:
 - a) 1 adet Embriyo Transfer Örtüsü (boyutları 75x80 cm +/-5 cm olmalıdır.Örtü üzerinde operasyon bölgesine uygun bir delik olmalı ve delik etrafında örtüyü hastaya sabitleyecek cilt bandı olmalıdır.)
 - b) 1 adet 80x90 +/- 5 cm Düz Örtü
 - c) 5 adet spanç(5x5 cm ebadında spançlar)
 - d) Bu malzemeler bir adet sterilizasyon bohçası (60x60 cm)içinde olmalı ve bu bohça steril olmayan bir kişinin açabileceği bir biçimde katlanmış olmalıdır. teslim edilmelidir.
8. Teklifte beraber numune verilmelidir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Her maddeye tek tek cevap verilmelidir.
10. Sipariştten itibaren 20 gün içinde malzeme teslim edilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÇAĞLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip.No: 2695 Tels.No: 116043
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri