

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
16.09.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **HEMODİYALİZ ÜNİTESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DİYALİZÖR HEMODİYALİZ (YETİŞKİN)	3000 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **30/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

DİYALİZÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Diyalizörler sentetik olmalıdır.
- 2-Diyalizörler düşük akımlı (low-flux) olmalıdır.
- 3-Membranlar "hollow - fiber" tipinde olmalıdır.
- 4-Diyalizör 200 ml/dk kan akımı ve 500 ml/dk diyalizat akım hızında aşağıdaki verilere sahip olmalıdır.
 - a. Diyalizör yüksek etkinlikli olmalıdır. Ultrafiltrasyon hızı 10 ml/saat/ mmHg altında olmamalıdır.
 - b. Üre klirensi 180 ml/dk altında olmamalıdır.
 - c. Kreatin klirensi 170 ml / dk altında olmamalıdır.
 - d. Vitamin B12 klirensi 90 ml/dk altında olmamalıdır.
 - e. Fosfat klirensi 140 ml/dk'nın altında olmamalıdır.
- 5-Diyalizör membranı 500 mmHg'ye kadar transmembran basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 6-Diyalizörün yıkanması için kullanılan serum fizyolojik miktarı 1000 ml üstünde olmamalıdır.
- 7-Diyalizör sterilizasyonu gama veya buhar sterilizasyon olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi analiz sertifikası bulunmalıdır.
- 8-Diyalizörlerin yüzey alanı 1.6-1.7 m² aralığında olmalıdır.
- 9-Üretim hatası olan veya diyaliz işlemi sırasında kırılan, patlayan diyalizörler için firma değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 10-Diyalizörlerin CE belgesi olmalıdır.
- 11-Teklif veren firmalar şartname hükümlerini sağladıklarını belgelemelidir.
- 12-Diyalizörleri verecek olan firmanın yetki belgesi ve ithal izin belgesi olmalıdır.
- 12-Teklif veren firma teklif ettiği ürün için istediğinde en az bir Üniversite Hastanesinden referans almış olmalıdır.

Prof.Dr. Murat Hayri SİPAHOĞLU
Nefroloji Bilim Dalı
Dip.Tes.No: 89270
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Bülent TOKGÖZ
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 87146
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi