

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
19/09/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin DAHİLİYE YB. A.D. ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	EXTRAKORPOREAL UZAKLAŞTIRMA TEDAVİ SETİ	2 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYELERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **03/10/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalmal@erciyes.edu.tr

EXTRAKORPOREAL CO2 (ECCO2R) UZAKLAŞTIRMA TEDAVİ SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. CO2'nin membrandan difüzyon yoluyla hasta venöz kan dolaşımından kısmi ekstrakorporeal olarak uzaklaştırılmasında (ECCO2R) bağımsız bir tedavi şeklinde ya da Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT) ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Hasta kanındaki artmış CO2 düzeyinin düşürülmesi ya da CO2 kan düzeylerindeki artışın ve hiperkapniye bağlı respiratuar asidozun önlenmesi amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
3. Kan gazı değişimi için gerekli filtre yüzey alanı en az 0,8 m2 olmalıdır.
4. Filtre prime hacmi 84 ml' yi geçmemeli ve maksimum kan tarafı basıncı 66.66 kPa/ 500 mmHg olmalıdır.
5. Kan akım hızı 200-450 ml aralığında ayarlanabilmelidir.
6. Membran materyali Polimetilpenten (PMP) ve membran tipi Plazma dar oluklu lifli olmalıdır.
7. Membran EtO(etilen oksit) ile sterilize edilmiş olup 72 saatlik tedavi süresine uygun olmalıdır.
8. Gaz akış hızı çalışma aralığı 5-10 l/dk olmalı ve ayarlanan gaz değerine göre cihaz menüsünden oluşabilecek tahmini sıvı kaybı saatlik ve günlük olarak görülebilmelidir.
9. Ekstrakorporeal CO2 uzaklaştırma seti içerisinde 400 cm uzunluğunda polipropilen, hidrofobik cam microfiber gaz hattı olmalıdır. Bu hat kuru ve nemli gaz ile çalışabilecek özellikte olmalıdır.
10. Set içeriğinde, hastane oksijen bağlantı sistemine uyumlu, Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) materyaline sahip özel konektör olmalıdır.
11. Set içeriğinde bağlantıyı sağlamak için hacmi 6ml/32cm Kırmızı giriş hattı, hacmi 4ml/23cm Mavi çıkış bağlantı kan uzatma hattı bulunmalı ve bu hatlar hem CRRT setleriyle hemde HP-X setleriyle tam uyumlu olmalıdır.
12. Ekstrakorporeal CO2 (ECCO2R) uzaklaştırma tedavi seti tek başına sadece CO2 uzaklaştırma tedavisini yapabildiği gibi; aynı zamanda CRRT ve/veya sepsis yönetimi için gerekli yüksek akışlı tedavi setleriyle birlikte tüm CRRT modalitelerinde de (SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF) kullanılabilir.
13. CO2 uzaklaştırma (ECCO2R) tedavisinin tek başına yapılabilmesi için gerekli olan setin kan dolum hacmi en fazla 108 ml ve maksimum kan basıncı 500 mmHg (66.6 kPa) olmalıdır.
14. Kliniğimizde bulunan CRRT cihazıyla tam uyumlu olmalı veya uygun cihaz kullanım için tedarik edilmelidir.
15. Firma ilk seans işleme başlamak amacıyla, CO2 (ECCO2R) uzaklaştırma tedavi seti ile birlikte tedavinin etkin ve kesintisiz yapılabilmesi için 1 adet minimum 13FR 15-20cm boyutlarında hemodiyaliz kateterini bedelsiz vermelidir.


Dr. Öğr. Üyesi Şahin TEMEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 01003226-112747-134073
Etiler Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Etiler Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri