

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
19/09/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **ORTOPEDİ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KIŞNER TELİ 1.5 MM	500 ADET	
2	KIŞNER TELİ 1.0 MM	500 ADET	
3	KIŞNER TELİ 2.5 MM	200 ADET	
4	KIŞNER TELİ 1.2 MM	500 ADET	
5	KIŞNER TELİ 1.8 MM	500 ADET	
6	KIŞNER TELİ 2.0 MM	200 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		

J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		
---	--	--	--

NOT: Teklif mektuplarının en geç 04/10/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

KIRSCHNER TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kullanılan malzeme İNOX 316 LVM olmalıdır.
2. Krishner telleri aşağıdaki çap ve boylardan olmalıdır;
0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm , 1.6mm , 1.8mm , 2.0mm , 2.2mm 2.5 mm ve 3.0 mm çapında ve her çapın boyu en az 300mm olmalıdır.
- 3.Ürünler üzerinde çap,boy ,lot ve marka lazer markalama tekniği ile yazılmış olması gerekmektedir.
- 4.Her ürün tek tek ambalajla paketlenmiş ve içerisinde 4 adet barkodu bulunmalıdır.
- 5.Uç dizaynı kolay uygulanabilmesi için çift tarafı trokar uç olmalıdır.
- 6.Teklif edilen malzeme T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
7. Teklif edilen malzeme CE belgeli olmalıdır.
- 8.Yüklenici firma; ambalaj açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

Prof.Dr.Mahmut ARGÜN

Ortopedi Travmatoloji AD Başkanı

Dr. Dr. Enkel Uzun
Diy. Zır. M: 145590