

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
19/09/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **TIBBİ SARF ANA DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	İDRAR TORBASI MUSLUKLU (STERİL)	12000 ADET	
2	ASPIRASYON TORBASI 1500 ML	5000 ADET	
3	KANAMA DURDURUCU 10X20 (SURGİCEL)	1300 ADET	
4	FOLEY SONDA SİLİKONLU NO:6	100 ADET	
5	SİLİKON VALF KAPAK (ÜÇLÜ İĞNESİZ)	1000 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 04/10/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi PVC 'den üretilmiş olmalıdır.
2. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalıdır.
3. Musluk kısmı ileri - geri hareketle çalışmalıdır.
4. Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalıdır.
5. Torba 2000 ml. tam dolu iken askı deliklerinden asıldığında 24 saat dayanma kapasitesinde olmalıdır.
6. Bükülmeye dirençli hortumu olmalıdır.
7. Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalıdır.
8. Konnektör üzerinde kapak olmalıdır.
9. Torba ve hortumu şeffaf olmalıdır.
10. Torbada idrar boşaltılırken kovanın idrara temas etmeden boşalma kolaylığı sağlamalıdır.
11. Ürünler, tekli paketler halinde, paketlenmiş olmalıdır. Paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve steril bilgilerinin olması gerekmektedir.
12. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Sahin TEMEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 01003226-112747-134073
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Recep Civan YÜKSEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 150810-115817-137522
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ASPIRASYON TORBASI 1500 cc TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kitler hortum ve torbalardan oluşmalıdır.
2. Torba üzerinde biri hasta diğeri vakum olmak üzere en az 2 adet giriş bulunmalıdır.Seri bağlantı portu torba üzerinde veya canister üzerinde bulunmalıdır.
3. Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
4. Kitler, fleksibl (esnek) polietilen yapıda 1500 cc olacaktır.
5. Kitin vakum kaynağı bağlantı girişinde, entegre, çift kademeli bir filtre bulunmalıdır.Bu filtrenin kontaminasyon riskini engelleyecek şekilde 0.45 mikronluk bakteriyel bir filtre ile aerosolleri tutabilecek ikinci bir filtreden oluşması gerekmektedir.
6. Hastadan aspire edilen materyalin, kite giriş yerinde geri akışı engelleyen "tek yönlü valf" bulunmalıdır.
7. Aspire edilecek materyalin hacim artışına bağlı olarak, kitler birbirine ayrı bir giriş sayesinde seri olarak bağlanabilmelidir.
8. Kitin vakum kaynağı bağlantı girişinde ayrıca mekanik bir shut off valf (mekanik şamandra) bulunmalıdır.
9. Canister üzerinde açma/kapama (on/off) düğmesi bulunmalıdır.
10. Canister'ler transparan polikarbonat yapıda olmalı ve 122C'ye kadar ısıda, otoklavda sterilize edilebilmelidir.
11. Kitler tam kapasite doldurulmaya uygun olmalıdır.
12. Ürünlerin CE belgesi bulunmalıdır.
13. Kitlerin kullanımı için gerekli olan donanım, hastane yönetiminin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak karşılanacaktır. (Yoğun bakım için duvar bağlantı plakaları, vakum monometresi v.s.)
14. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Şahin TEMEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes.No: 01003226-112747-134073
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Dr. Öğr. Üyesi Recep Civan YÜKSEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes.No: 50976-145817-137522
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

SİLİKONLU FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı
2. Sondalar tamamen steril olmalı ve steril paketler içerisinde tek tek bulunmalı, her kutuda standart sayıda steril tekli paket bulunmalı
3. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı. (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı.)
4. Sondalar iki yollu olmalı
5. Sondalar 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı
6. Sondalar 2 delikli olmalı
7. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı
8. Balon çapı 6 FR için 1,5cc/ml, 8-10 FR için 3 cc/ml, 12-14 FR için 5-10 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de ise 30 cc/ml olmalı
9. Balon şişirilme valfi çeşitli size'lar için renk kodlu olmalı
10. Paket üzerinde ürün lot numarası, onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı,
11. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir
12. Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.
13. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Şahin TEMEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 01003226-112747-134073
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Recep Civan YÜKSEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 150490-115817-137522
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

VEN VALFİ, İĞNESİZ ÜÇLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üç lümenli olmalı, lümenlerin uçlarında valf bulunmalıdır.
2. Farklı sıvıların ayırt edilebilmesi için lümenler üzerinde renk kodu olmalıdır.
3. Hortumlar klemplemeye ve kinke karşı direnç sağlayan poliüretan materyalden üretilmiş olmalıdır.
4. Bu madde teknik şartnameden çıkartılmıştır.
5. Ürünün hasta kanülüne takılan male ucu rotating (döner) adaptörü olmalıdır. Monte edilmesi kolay olmalıdır.
6. Lumen ucundaki valilerin akış hızı minimum 10.000 rnl/sa olmalı, enjektörle verilen acil sıvı volümelerini de karşılayabilmelidir.
7. Biyouyumlu metaryallerden yapılmış olmalı, metal parça ve lateks içermemelidir. Biyouyumluluk testleri ihale dosyasında sunulmalıdır.
8. Valfler kapaksız olmalıdır.
9. Ürünün silikon contası ve silikon contanın bulunduğu hazne şeffaf olmalı, sıvı yolu görünebilmelidir.
10. Valilerin yüzeyi, silinerek dezenfekte edilmesi için tam düz olmalıdır, içteki silikon ile dış plastik arasında seviye farkı olmamalıdır.
11. Teklif edilen markanın enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalıdır, bu çalışmalar en az 3 günlük güvenliğe işaret etmeli, ihale dosyasına eklenmelidir.
12. Lümenlerin ucundaki valflerin sıvı yolu hacmi 0,1+ 0,01 mi'den büyük olmamalı, böylece kan ve sıvıların valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynaklık etmesi engellenmelidir.
13. Valilerin sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı, böylece sıvı yolunun temizliği kolay olmalıdır.
14. Lümenlerin uçlarındaki valilerin güvenli ve ayrılmaz bir şekilde lümenlere monte olmalıdır, vidası çevrilerek çıkarılmamalı, kazalara neden olmamalıdır.
15. İntravenöz kanül ucunda kullanılırken hasta konforunu bozmamalı, bu nedenle lümenler ince olmalı (maksimum 2,5 mm dış çaplı) ürün uzunluğu 15 cm'yi geçmemelidir.
16. Steril tekli paketlerde olmalıdır. Paket açılırken yere düşme riski taşımamalıdır.
17. Katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunmalı, böylece paketten çıkarma sırasında el, valfin ucuna temas etmemelidir.


Dr. Öğr. Üyesi Şahin TEMEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 01003226-112747-134073
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Dr. Öğr. Üyesi Recep Civan YÜKSEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 150818-115817-137522
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

KANAMA DURDURUCU ÜRÜN ABSORBE OLABİLEN 5*7.5 -10*20
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz veya okside seliloz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir.
2. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3. Malzeme ortamın pH değerini 3,5'in altına düşürerek bakterisidal özelliğe sahip olmalıdır.
4. 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır.
5. Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
6. Gama ışını ile steril edilmelidir.
7. Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
8. Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır.
9. Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıdan görünebilirliğini sağlayan şeffaf veya tekli aliminyum folyo ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.
10. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır..
11. CE veya FDA belgesi mevcut olmalıdır.
12. Ürün ebatları 5 cm x 7,5 cm ve 10 cm x 20 cm olmalıdır.
13. Numuneler denendikten sonar nihai karar verilecektir.
14. Dokuya uygulandığında çabuk dağılmamalıdır.
15. Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

Doç. Dr. Sükrü ORAL
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Dip. No: 95587

Doç. Dr. Muhammet AKYÜZ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Dip. No: 95587