

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
19/09/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **TIBBİ SARF ANA DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.


S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	MASKE (TEK KULLANIMLIK)	220.000 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **03/10/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr
Fax:0 352 4375288

MASKE TEK KULLANIMLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün kullanan sağlık personelinde fiziksel bariyer, korunma ekipmanı olarak kullanılmak amacıyla non-woven, polipropilenden imal edilen medikal üç katlı maske olmalıdır.
- 2- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 3- Lastikli maske tiplerinde, maskenin sağ ve sol tarafında kulak arkasından geçirilen lastikleri olmalıdır.
- 4- Mavi, yeşil veya beyaz (ya da her iki renk kombinasyonu) renkte olmalıdır.
- 5- Maske 6-8 saat süreyle sürekli kullanıma uygun olmalıdır.
- 6- Burun ayarlanabilir yumuşak tel destekli olmalıdır.
- 7- Antialerjik olmalı, lateks ve çam elyafı içermemelidir.
- 8- Üç katlı ve bakteri süzen meltblown filtresi olmalıdır.
- 9- Sıvı bariyer özelliği bulunmalı, fiberglas, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir.
- 10- Nefes alışverişi kolay olmalı, koruyucu gözlükle beraber kullanılabilmelidir.
- 11- Maskeler, depolama kolaylığı için en az 50 en fazla 100 'lük kutular halinde olmalıdır.
- 12- EU MDD Directive 93/42/EEC Kategori III veya eşdeğeri; EN 14683:2019 + AC Type II, IIR; ya da ASTM F2100 minimum Level 1 veya eşdeğeri standartlara sahip olmalıdır.
- 13- Tıbbi yüz maskesinin bakteri filtrasyon verimliliği (BFV) ve sıvıların sıçramaya geçişine karşı direnci ile ilgili olarak, onaylanmış kuruluşça uygun olduğuna dair verilen rapor olmalıdır.


Doc. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 88312 Sicil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi