

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
22/09/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BESLENME SONDASI NO:6	5000 ADET	
2	AERESOL MASKE (PEDIATRİK)	2000 ADET	
3	FOLEY SONDA NO:10	50 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **26/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

BESLENME SONDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mukozayı tahriş etmeyen non-toksik PVC'den üretilmiş olmalıdır.
2. Mukozaya zarar vermemesi için kapalı distal ucu yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Proksimal ucu, "çam ağacı" (konik konnektör) ve enjektör girişine uyumlu ve kapaklı olmalıdır.
4. Beslenme sondası boyunca radyolojik kontrolün yapılabilmesine olanak sağlayan radyoopak çizgisi olmalıdır.
5. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 52+-2 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkodu, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
7. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SEÇİLMİŞ
Dip. Tes. No: 10919
Çocuk Hastalıkları ve Hastalıkları
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SEÇİLMİŞ
Dip. Tes. No: 10919
Çocuk Hastalıkları ve Hastalıkları
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

AEROSOL MASKE SETİ PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Setin içerisinde bir adet maske, nebulizasyon haznesi ve nebül bağlantı kanülü (Oksijen kaynağına) bulunmalıdır.
2. İlaç nebulizasyonu yapılmasına uygun olmalıdır.
3. Set tekli olarak paketlenmiş olmalıdır.
4. İlaç nebulizasyonu için hazne kolay açılıp kapanmalıdır.
5. Bağlantı kanülü üniversal olup hastane oksijen hattına uyumlu olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
7. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SEÇİLMİŞ
Tıp. Tes. No: 125537
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. - Çocuk Sağ. ve Hast. Uzm.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Etiler, Beşiktaş/İstanbul

Prof. Dr. Tamer GÜNEŞ
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.
Diy. Tes. No: 125519
Etiler, Beşiktaş/İstanbul

FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lateksten yapılmış olmalı,
2. Sondalar tamamen steril olmalı ve steril paketler içerisinde tek tek bulunmalı, her kutuda standart sayıda steril tekli paket bulunmalı,
3. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı, (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalı),
4. Sondalar iki yollu olmalı,
5. Sondalar 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 FR olarak değişik boyutlarda olmalı,
6. Sondalar 2 delikli olmalı,
7. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı,
8. Balon çapı 6 FR için 1,5cc/ml, 8-10 FR için 3 cc/ml, 12-14 FR için 5-10 cc/ml ve büyük ebatlarda 16-18-20-22-24 de ise 30 cc/ml olmalı,
9. Balon şişirilme valfi çeşitli size'lar için renk kodlu olmalı,
10. Paket üzerinde ürün lot numarası, onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı,
11. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
12. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SEÇİLMİŞ
Dip. Tes. No: 125637
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Etiler Üni. Tıp Fak. Çocuk Hast. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tamer GÜNEŞ
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Dip. Tes. No: 10819
Etiler Üni. Tıp Fak. Çocuk Hast. Anabilim Dalı