

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
27/09/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **KBB A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.


S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KLİNİK ABR YETİŞKİN SÜNGER PROB UCU	50 ADET	
2	KLİNİK ABR ÇOCUK SÜNGER PROB UCU	200 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYELERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 10/10/2022 günü** mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr
Fax:0 352 437 52 88

Klinik ABR Yetişkin Sünger Prob Ucu Şartnamesi

1. Kliniğimizde kullanılan ICS Chartr EP Klinik ABR cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Süngerden yapılmış ve yumuşak tipte olmalıdır.
3. Erişkinlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
4. Kolaylıkla takılabilmeli ve tam olarak oturmalıdır.
5. Elli (50) adetlik paketler halinde olmalıdır.
6. Sarı renkte sünger malzemedен üretilmelidir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Prof. Dr.  Kerem KÖKOĞLU
KBB AD.
Dip. No: 1759

Dr. Öğr. Üy. Kerem KÖKOĞLU
KBB Hastalıkları Uzmanı
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri
Dip. Tescil No: 157039

Klik ABR Çocuk Sünger Prob Ucu Şartnamesi

1. Kliniğimizde kullanılan ICS Chartr EP Klinik ABR cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Süngerden yapılmış ve yumuşak tipte olmalıdır.
3. Çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
4. Kolaylıkla takılabilmeli ve tam olarak oturmalıdır.
5. Elli (50) adetlik paketler halinde olmalıdır.
6. Kahverengi renkte sünger malzemeden üretilmelidir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Prof. Dr. Yavuz ÜNLÜ
KBB AD.
Dip. No: 1759

Dr. Öğr. Üy. Kerem KÖKOĞLU
KBB Hastahisar Uzmanı
ERÜ Tıp Fakültesi Hastahaneleri
Dip. Tescil No: 167039