

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
27/09/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	HIZLI MAYA TANIMLAMASI (MALDI TOF TESTİ)	250 TEST	
2	HIZLI KÜF TANIMLAMASI (MALDI TOF TESTİ)	50 TEST	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYELERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 10/10/2022 günü** mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr
Fax:0 352 437 52 88

1-2 Nolu Hızlı Maya ve K f tanımlaması (MALDI-TOF Testi) şartnamesi

- 1- Mantar ve k f tanımlaması i in teklif edilecek  r nler merkez laboratuvarında kullanılan maldi-tof sistemine uyumlu olmalıdır.
- 2- Sistemin identifikasyon  nitesi matriks ile desteklenmi  lazer desorpsiyon u u  zamanı (MALDI-TOF) teknolojisi ile  alı malıdır. Bu sistem CE-IVD onaylı veya IVD direktiflerine uyumlu veri tabanına sahip olmalı ve cins ve t r d zeyinde bakteri, maya ve k f  ba ına 2 dakikalık s reyi ge meyecek  ekilde tanımlayabilmelidir. Teklif edilecek sistem yeni daha  nce kullanılmamı  olmalıdır.
- 3- Teklif edilen sistemin identifikasyon veri tabanında, Mayalar ve K fler yer almalı bu mikroorganizmaları cins ve t r d zeyinde tanımlayabilmelidir.
- 4- Teklif edilecek  r nler ile birlikte kullanılacak sarf malzemeler tek kullanımlık kasetler veya plaklar laboratuvarın ihtiya ına g re yeterli miktarda Erciyes  niversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı Mikoloji Laboratuvarına laboratuvara teslim edilmelidir.
- 5- Mantar ve k f tanımlaması i in kullanılacak b t n sarf malzeme, ekstraksiyon ajanı gerekli aletler (santref j gibi) ve ekipmanlar firma tarafından  cretsiz verilmelidir.
- 6- İdentifikasyon sistemi, rutinde kullanılan ekstraksiyon ajanı dı ında herhangi ek bir reaktif gerektirmemelidir. Saklanması i in 2-8 derece so utucu yeterli olmalı,  zel saklama ko ulları gerektirmemelidir.
- 7- Mantar ve k f tanımlamasındaki test  alı ma prodes rleri i in personel e itim ve kurulması firma tarafından sa lanmalıdır. E itim i in gerekli kullanılan testler (demotestleri) firma tarafından sa lanmalıdır.

Prof.Dr.A.Nedret KO 
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Ba kanı