

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
30/09/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **GÖZ HASTALIKLARI A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	MVR STİLETTO BİÇAK	30 ADET	
2	GÖZ İÇİ KOTER 25 G	15 ADET	
3	BACK FLUSH SİLİKON UÇLU	30 ADET	
4	25 G LAZER PROBU (ALCON CİHAZINA)	20 ADET	
5	25 G LAZER PROBU (EVA DORC CİHAZINA)	20 ADET	
6	SİLİKON ALMA VERME SİSTEMİ	15 ADET	
7	JAWS FORSEPSİ 25 G	20 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		

I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 14/10/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

Fax:0 352 437 52 88

1- MVR-STİLETTTO BİÇAK 23 G

- 1- 23 Gauge 45 derece açılı olmalıdır
- 2- Kutularda tek tek steril edilmiş olmalıdır.
- 3- Handle elden kaymaması için üzerinde tırtıklar bulunmalıdır.
- 4- Ürün taşıma aşamasında veya tekrar steril olma aşamasında zarar görmemesi için; sert ısıya karşı dayanıklı koruyucu ambalaj içerisinde satılmalıdır.
- 5- Ürünün numunesi denendikten sonra klinik tarafından seçim yapılacaktır.

2-GÖZ İÇİ KOTER ŞARTNAMESİ

- 1- Vitrektomi ameliyatlarında kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Tek kullanımlık olmalıdır.
- 3-25 olmalıdır.
- 4- Alcon constallation ve Dorc Eva cihazlarına uyumlu olmalıdır.

3-SİLİKON UÇLU KANÜL

1. Disposable olmalı ve steril blister ambalaj içerisinde bulunmalıdır
2. Disposable olmasına rağmen steril edilmeye uygun olmalıdır
3. Retinaya erişebilmek için esnek, yumuşak uca sahip olmalıdır.
4. Kanül 25 G, metal, 32 mm, 1 mm silikon fırça ya da silikon düz uca sahip olmalıdır.
5. 25 G olarak teslim edilecektir.
6. Ambalaj üzerinde markası, kod, lot numarası ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
7. Sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.

4- 25 G LAZER PROBU ŞARTNAMESİ

- 1-Tek kullanımlık steril paket içinde olmalıdır.
- 2-Paket içinde kod numarası CE işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır.
- 3-Probun elcik bölümü plastik ve eğik uçlu olmalıdır.
- 4-Kliniğimiz alcon constallation vitrektomi cihazının lazer cihazı ile adaptör gerektirmeksizin direkt bağlantı yapacak şekilde uyumlu olmalıdır.
- 5-Teklif edilen ürünün markasının ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır.
- 6-25 G trokar kanüllerinin içinden geçebilecek özellikte olmalıdır. Bu üründen kaynaklanan bir cihaz arızası durumunda teklif veren firma cihazı yetkili servisinde tamir ettireceğine dair yazılı belge vermelidir.

5- 25 G LAZER PROBU ŞARTNAMESİ

- 1-Tek kullanımlık steril paket içinde olmalıdır.
- 2-Paket içinde kod numarası CE işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır.
- 3-Probun elcik bölümü plastik ve eğik uçlu veya sürgülü olmalıdır.
- 4-Kliniğimiz Dorc marka kombine vitrektomi cihazına direkt bağlantı yapabilecek şekilde uyumlu olmalıdır.
- 5-Teklif edilen ürünün markasının ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır.
- 6-25 G trokar kanüllerinin içinden geçebilecek özellikte olmalıdır. Bu üründen kaynaklanan bir cihaz arızası durumunda teklif veren firma cihazı yetkili servisinde tamir ettireceğine dair yazılı belge vermelidir.

6- OTOMATİK SİLİKON ALMA VERME SİSTEMİ

1. Tek kullanımlık, steril paket içerisinde markası ve ürün kod numarası belirtilmiş olmalıdır. Paket üzerinde ce markası belirtilmiş olmalıdır.
2. Cihaz üzerinden silikon verebilmek ve alabilmek için sert silikon tubingten üretilmiş olmalıdır.
3. Tubing üzerindeki bağlantı soketi yanlış bağlantıya müsaade etmemelidir. Bağlantı soketi luer lock mekanizmalı olmalıdır.
4. Otomatize tubing ile birlikte paket içinden 1 adet 10 ml silikon verme enjektörü çıkmalıdır.
5. Otomatize hortum cihaza direk bağlantı sağlamalı herhangi bir adaptöre ihtiyaç duyulmamalıdır.
6. Kliniğimiz Alcon constallation vitrektomi cihazı üzerinde kullanılacağından cihaz ile uyumlu ve aynı markanın üretiminde olmalıdır.

7- TEK KULLANIMLIK 25G ULTRA PEEL SERRATED JAWS MICROFORCEPS

1. Tek kullanımlık olmalıdır, steril paket içinde olmalıdır. Ürün tek parça ve ne tür forceps olduğunu belirten renk kodu olmalıdır. Paket üstünde kod numarası ce işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün steril çift blister ambalaj içinde, paketin nereden açılacağına dair ön ve arka yüzünde işaretler olmalıdır.
3. Shah model mikro Serrated Jaws çene tipi özelliğinde olmalıdır,
4. Aletin ucunu açıp kapamaya yarayan mekanizma içinde uzun kullanımı sağlamak amacı ile metal yay sistemi olmalıdır. Açıp kapama görevi yapan mekanizmalı kısım çift kanatlı, ince ve elden kaymayı engellemek için elcik üzerinde nokta formunda çıkıntılar olmalıdır. Bu mekanizma iki yandan basarak çalışmalıdır. 360 Derece basacak yeri olan ürünler daha çok yer tutmakta ve çabuk arızalanmakta olduğu için kabul edilmeyecektir.
5. Geliştirilmiş kavrama- tutma kabiliyeti ve şaft esnekliğinin artırılmış olması için uç bölümüne güçlendirici silikon parça takılmış olmalıdır. Bu durum vazgeçilmez bir üstünlüktür.
6. Teklif edilen ürün geniş açılı non kontakt mercek sistemleri mekanizmasına (Eye-Boss, Biom, Ruw, Resight vb.) çarpmaması için kısaltılmış olmalıdır. Bu durum vazgeçilmez bir üstünlüktür.
7. Ürünün ölçüleri uç (şaft) uzunluğu en çok 40 mm, uç kavrama mekanizma çapı açık pozisyonda 17 mm, kapalı pozisyonda 12 mm olmalıdır. 25G ve 0,5 mm ölçüsünde olmalıdır.

TC.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ahmet POLAT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 110567

(Handwritten signature)