

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
03.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **KBB A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	İŞİTME TESTİ PROBU	100 ADET	
2	OABR ELEKTRODU	100 ADET	
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMİYENLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **17/10/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr
Fax:0 352 437 52 88

OABR ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Madsen AccuScreen PRO TA+ işitme tarama cihazıyla birebir uyumlu olmalıdır.
- Bir pakette 3 snap elektrot bulunmalıdır.
- Elektrotlar kendinden yapışkanlı olmalıdır.
- Elektrotların hasta cildine yapışan yüzü hidrojel yapıda olmalıdır.
- Elektrotlar tek kullanımlık ve kablo bağlantısı için çıtçıtli olmalıdır.
- Elektrot paketi üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.
- Elektrotlar yüz ergonomisine uygun olmalıdır.
- Elektrotlar orijinal ambalajında olmalıdır.

Prof. Dr. İsmail KETENCİ
K.B.B. 447
Dip No: 80 447 047
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üy. Kerem KÖKOĞLU
KEB Hastalıkları Uzmanı
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri
Dip. Tescil No: 157939

İŞİTME TESTİ PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Madsen AccuScreen PRO TA+ işitme tarama cihazıyla birebir uyumlu olmalıdır.
- Tek kullanımlık olmalıdır.
- Ebatı 4 mm ve rengi Lacivert olmalıdır.
- Silikon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Yenidoğan bebeklerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

[Signature]
Prof. Dr. İsmail KETENCI
K.B.B. A.D
Dip No: 83 AA 047
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

[Signature]
Dr. Öğr. Üy. Kerem KÖKOĞLU
KBB Hastalıkları Uzmanı
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri
Dip. Teskil No: 157039