

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
24.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **ANESTEZİ VE REANİMASYON A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ENDOBRONCHIAL ENT:TÜPÜ LEFT (SOL)28	5 ADET	
2	ENDOBRONCHIAL ENT:TÜPÜ LEFT (SOL)37	10 ADET	
3	ENDOBRONCHIAL ENT:TÜPÜ LEFT (SOL)39	10 ADET	
4	ENDOBRONCHIAL ENT:TÜPÜ LEFT (SAĞ)41	10 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		

H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **07/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

ÇİFT LÜMENLİ ENDOBRONŞİAL TÜP (CARLENS) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Tüpler aksesuarlarıyla birlikte verilmelidir.
- Her bir tüple beraber double swivel konnektör, Y – konnektör ve 3 farklı uzunlukta aspirasyon kateteri bulunmalıdır.
- Trakea sabitleme balonu düşük basınçlı ve saydam olmalıdır.
- Sağ Endobronşial tüpte kaf anatomiye uygun olarak kıvrımlı olmalıdır.
- Tüp uçları ve balon bağlantıları radyopak olmalıdır.
- Tüpler ölçekli olmalıdır.
- Balonlar yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Fiberoptik uygulamada görmeyi kolaylaştıracak blue-line olmalıdır.
- Ürünün Sağ ve Sol olmak üzere 26,28,35,37,39,41 Fr. boyları bulunmalıdır.
- Ürün latex içermemelidir.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Kadir DOĞRU
Dip. No: 5577 Tescil No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Cihangir BİÇER
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Dip. Tes. No: 65138 - 84430
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri