

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
24.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **KULAK BURUN BOĞAZ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	VİCRYL RAPİDE 5-0	300 ADET	
2	T Tüp	20 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 07/11/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

27.09.2022

HIZLI EMİLEN POLYGLACTİN 910 SÜTÜR

- 1- Malzeme içeriği polyglactin 910 olmalıdır.
- 2- Sentetik, emilen, örgülü yapıda olmalıdır.
- 3- Malzeme İçeriği %90 glicoloic acid + % 10 lactic acid olmalıdır.
- 4- Sütürler kaplamalı olmalı ve kaplamasının içeriği polyglactin 370 olmalıdır.
- 5- Cerrahi sütürün kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, ana gövde ile uyumlu olması için aynı hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
- 6- Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli ve dokuyu yırtmamalıdır.
- 7- Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında 5. gün %50, 10-14. gün %0 olmalıdır.
- 8- Vücuttan tamamen atılımı 42 gün içerisinde olmalıdır.
- 9- Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Üzerine bakteri yerleşek boşluklar olmamalıdır.
- 10- Düğüm tam oturmalı ve düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
- 11- Düğüm hafızası olmamalıdır.
- 12- İğne dokudan geçtikten sonra sütür dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenmemelidir.
- 13- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.
- 14- Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.
- 15- Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
- 16- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 17- İğne ve sütüre çapı birbirine uyumlu olmalıdır.
- 18- İğne sütüre birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır.
- 19- İğne ile sütür birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmış, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır.
- 20- Sütür paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır.
- 21- Ambalaj sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
- 22- Su ve nemden etkilenmemelidir.
- 23- Ürün ile ilgili tüm bilgiler dış ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.
- 24- Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.
- 25- Dış ambalaj kolay açılabilmelidir.
- 26- Malzemeler tek tek steril poşetlerde olmalıdır.

Prof. Dr. İbrahim KETENCİ
KBB ABD Başkanı

Prof. Dr. Sedat ÇAĞLI
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
Dip. No 8582-61613
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

KULAK AMELİYATLARINDA KULLANILAN T-TÜP ŞARTNAMESİ

- 1-İç çapı 1,32 mm olmalıdır
- 2-Uzunluğu 6 mm olmalıdır.
- 3-Hammaddesi silikon olmalıdır
- 4- Tüpler Ambalajlı ve steril olmalıdır.

Dr. Öğr. Üy. Kerem KÖKOĞLU
KBB Hastalıkları Uzmanı
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri
Dip. Tescil No: 157039

Prof. Dr. İbrahim KETENCİ
KBB Anabilim Dalı Başkanı