

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
26.10/2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi AYNİYAT DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	Z KATLI HAVLU KAĞIT	9.000 PAKET	
	Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 02/11/2022 günü mesai saati bitimine kadar E:Ü. Döner sermaye işletmesi'ne bırakılması rica olunur.

20.10.2022

Z KATLI DİSPENSER KAĞIT HAVLU ŞARTNAMESİ

1. Dispenser kağıt havlu Z katlama şeklinde olmalıdır.
2. Dispenser kağıt havlu yumuşak, kullanım sırasında kolay parçalanmayan ve su emiciliği yüksek olan özelliklere sahip olmalıdır.
3. Dispenser kağıt havlu en az iki katlı olmalıdır.
4. Dispenser kağıt havlu %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.
5. Dispenser kağıt havlu baskısız, perforesiz, temiz beyaz renkli 1. sınıf kağıttan olmalıdır.
6. Dispenser kağıt havlu koli içi adeti en az 12 paket olmalıdır. Paketler üzerinde ürüne ait açıklamalar bulunmalıdır.
7. Bir pakette en az 200(-2) yaprak bulunmalıdır. Yaprak ebatı en az 215x215 (-5) mm. olmalıdır.
8. Z katlı dispenser havlu TSE veya ISO belgeli olmalıdır. Fiyat teklifi ile birlikte, ürüne ait TSE veya ISO belgesi ve ürün numunesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
9. Ürüne ait net paket ağırlığı en az 325 gr (-%5) olmalıdır.
10. Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
11. Ürün depo teslimi olacaktır. Teslim sırasında ürünler incelenecek olup ilgili şartnameye uymayan ürün koşulsuz olarak iade edilecektir. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler yüklenici firmaya aittir.)

Ayhan ÖZALP
Hastane Müdür Yardımcısı

Büşra ŞAŞMAZ
Ev İdaresi Sorumlusu