

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
26.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **KORONER ANJIOGRAFI** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DİAGNOSTİK KATETER 6F JL 4.0	250 ADET	
2	DİAGNOSTİK KATETER 6F SR 4.0	250 ADET	
3	GUIDE WİRE 0.038 EXCHANGE 260 CM	250 ADET	
4	KLAVUZ TEL ANJİOPLASTY 0.032-0.038" DİSTALİ HİDROFİLİK İNCELEN	50 ADET	
5	SERT KLAVUZ TEL 0,35	50 ADET	
6	PTCA BALON KATETER NONCOMPLİANCEE	300 ADET	
7	GUIDE WİRE 0.032 150 CM J TİPİ	50 ADET	
8	DİAGNOSTİK KATETER PİGTAİL	100 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		

B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **02/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalmal@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

DIAGNOSTİK KATATER ŞARTNAMESİ

1. Kateterlerin dış çapı 61", uzunlukları 100 cm olmalıdır.
2. Kateter, içinden 0,038 Guide wire geçecek kadar geniş lıjmene sahip olmalıdır.
3. 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Kateterin içi paslanmaz çelik örgülü olup, özel Nylon türevi materyalden yapılmış olmalıdır.
5. Kateter maksimum kink direnci, mükemmel pusabilite, ye torkabilite sağlamalıdır.
6. Süper soft, atravmatik tip, damar travmalarını minimize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Zengin curve seçenekleri olmalıdır;
Femoral Sol, Femoral Sağ, Amplatz sol, Amplatz sağ, internal Marmary (Lima), Sol Koroner Bypass, Sag Koroner Bypass, Multipurpose, Sons v.b.
8. Kateter orjinal ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.
9. Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
10. CE onaylı olmalıdır.
11. Sağ, sol ve pigtail üçlü set şeklinde verilen tekliflerde değerlendirmeye alınacaktır.
12. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır
13. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
15. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

Dr. Şaban KELEŞOĞLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 102328
Erciyes Univ. Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Dip. No: 3622
Kardiyoloji A.B.D.
Erciyes Univ. Tıp Fak. Hastaneleri

DIAGNOSTIK KATATER ŞARTNAMESİ

1. Kateterlerin dış çapı 61", uzunlukları 100 cm olmalıdır.
2. Kateter, içinden 0,038 Guide wire geçecek kadar geniş lijmene sahip olmalıdır.
3. 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Kateterin içi paslanmaz çelik örgülü olup, özel Nylon türevi materyalden yapılmış olmalıdır.
5. Kateter maksimum kink direnci, mükemmel pusabilite, ye torkabilite sağlamalıdır.
6. Süper soft, atravmatik tip, damar travmalarını minimize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Zengin curve seçenekleri olmalıdır;
Femoral Sol, Femoral Sağ, Amplatz sol, Amplatz sağ, internal Marmary (Lima), Sol Koroner Bypass, Sag Koroner Bypass, Multipurpose, Sons v.b.
8. Kateter orjinal ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.
9. Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
10. CE onaylı olmalıdır.
11. Sağ, sol ve pigtail üçlü set şeklinde verilen tekliflerde değerlendirmeye alınacaktır.
12. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır
13. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
15. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

Dr.Şaban KELEŞOĞLU
Kardiyoloji Uzmanı
Tıp.Tes.No:102328
Erciyes Univ.Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof.Dr. Ali DOĞAN
Diyadin 622
Kardiyoloji A.B.D.
Erciyes Univ.Tıp Fak. Hastaneleri

J TIP 0,038" EXCHANGE GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vasküler girişimlerde, intravasküler kateterlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş guide wire'lardır.

1. Yüzeyleri PTFE kaplı olmalıdır.
2. Gövde dizaynları kateter ve damar içerisinde kayarak rahat ilerlemesi için özel olmalıdır.
3. Shaft çapı 0,038" (inç) olmalıdır.
4. Uzunluğu en az 260 cm. olmalıdır.
5. Coil yapısı paslanmaz çelik olmalı, bu sayede kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır.
6. Guide wire'in 7 cm'lik distal kısmı flexible olmalıdır.
7. Distal ucu J şeklinde olmalıdır.
8. 'J' şeklindeki distal kısım manuplasyon ile düzleştirilebilir yapıda olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmeli. Ayrıca üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
10. CE onaylı olmalıdır.
11. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
12. Paketler üzerinde ayrıntılı açıklayıcı bilgiler yer almalıdır.
13. Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.


Dr. Şaban KELESOĞLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 192328
Erciyes Üniv. Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Dip. No: 192322
Kardiyoloji A.B.D.
Erciyes Üniv. Tıp Fak. Hastaneleri

_KILAVUZ TEL ANJİYOPLASTİ 0.035 DİSTALİ HİDROFİLİK İNCELEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.0.035" inç kalınlığında vel 180- 260cm uzunluklarında olmalıdır.
- 2.Gövde kink dirençli ve taşıyıcı özellikli nitinol materyelden üretilmiş olmalıdır.
- 3.Kılavuz tel ucu açılı ya da düz olmak üzere iki farklı şekilde kullanıma sunulabilmelidir. Tel ucu incelen uç yapısında olmalıdır.
- 4.Kılavuz tel özel bir plastik (polimer) ile kaplanmış olmalı; plastik yüzey biyolojik açıdan uyumlu bir kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır.
- 5.Plastik yüzey şişmemeli ve kullanım sırasında kateterin rahat hareket etmemesi sağlanmalıdır.
- 6.Kılavuz tel tork özelliği "bire bir " olmalıdır.
- 7.Kılavuz tel heparinize edilmiş serum fizyolojik ile yıkandığında kayganlık özelliğini göstermelidir.
- 8.Güçlendirilmiş gövde sayesinde itme gücü distal uca daha iyi transfer edilebilmeli; distal uç ihtiyaç hasıl olduğunda oval şekil alabilmelidir.
- 9.Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 10.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
- 11.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.
12. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.


Prof. Dr. Ali DOĞAN
Dip. No: 3622
Kardiyoloji A.B.D.
Erciyes Üniv. Tıp Fak. Hastaneleri


Dr. Şaban KELEŞOĞLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 103328
Erciyes Üniv. Tıp Fak. Hastaneleri

J Tip 0,035" Extra Back-up Guide Wire Teknik Şartnamesi:

- 1.Vasküler girişimlerde, intravasküler kateterlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş guide wire'lardır.
- 2.Yüzeyleri PTFE kaplı olmalıdır.
- 3.Gövde dizaynları kateter ve damar içerisinde kayarak rahat ilerlemesi için özel olmalıdır.
- 4.Shaft çapı 0,035" (inç) olmalıdır.
- 5.Uzunluğu en az 300cm (+/-10cm) cm. olmalıdır.
- 6.Coil yapısı paslanmaz çelik olmalı, bu sayede kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır.
- 7.Guide wire'm 7 cm'lik distal kısmı flexible olmalıdır.
- 8.Distal ucu J şeklinde olmalıdır.
- 9.'J' şeklindeki distal kısım manuplasyon ile düzleştirilebilir yapıda olmalıdır.
- 10.Ürün orijinal ambalajında teslim edilmeli. Ayrıca üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
- 11.Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 12.Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
- 13.Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.
- 14.Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır


Dr. Saban KELESOĞLU
Kardiyoloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 102328
Erciyes Univ. Tıp Fakültesi Hastaneleri


Prof. Dr. Ali DOĞAN
Diy. No: 2622
Kardiyoloji A.B.D.
Erciyes Univ. Tıp Fak. Hastaneleri

YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI POST DİLATASYON BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balonlar 5F, 6F, 7F, 8F Guidingkateter ile uygulanabilmelidir.
2. Balon, stentleme sonrası post dilatasyon işleminde kullanılacaktır. Bu nedenle yüksek basınç değerlerine ulaşabilmeli, ratedburst basıncına şişirildiğinde nominal değerinde ulaştığı çapı %4 den fazla aşmamalıdır.(Non-komplian özellikte olmalıdır.)
3. Balon uzunluğu 9-12-15-20-21-24-27 mm (+/-1,+/-2,+/-3mm). uzunluklarında olabilmelidir.
4. Balon çapı 2,5 ile 5.0mm-arası çaplarda olmalıdır.
5. Balonun lazer teknolojisi kullanılarak bağ yerlerinin kaynatılmış imal edilmiş olması tercih nedenidir.
6. Balon çapı, 12 Atm. (+/-2atm) şişirme basıncında nominal değerine ulaşmalıdır.
7. Balonun "RatedBurst Basıncı" ölçüsüne göre 18-20 Atm. (+/-2atm)'den az olmamalıdır.
8. 0.014 inç ve daha küçük çaplı GuideWire ile uygulanabilmelidir.
9. Proksimal şaft değeri 1.8 ile 2.2F arası, distal şaft değeri 2,7F (+/-0,1) olmalıdır.
10. Balon uç kısmı inceltilmiş olmalı, lezyon giriş profili 0.018 inç' ten fazla olmamalıdır.
11. Ölçüsü biten ürünler ve son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
12. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.
13. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

Dr. Saban KELESOĞLU
Dip. No: 102326
Erciyes Üni. Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Dip. No: 3622
Kardiyoloji A.B.D.
Erciyes Üni. Tıp Fak. Hastaneleri

J TIP 0,032" GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüzeyleri PTFE kaplı olmalıdır.
 2. Gövde dizaynları kateter ve damar içerisinde kayarak rahat ilerlemesi için özel olmalıdır.
 3. Shaft çapı 0,032" (inç) olmalıdır.
 4. Uzunluğu en az 145 cm. olmalıdır.
 5. Coil yapısı paslanmaz çelik olmalı, bu sayede kontrol edilebilmesi kolaylaşmaktadır.
 6. Guide wire'in 7 cm'lik distal kısmı flexible olmalıdır.
 7. Distal ucu J şeklinde olmalıdır.
 8. 'J' şeklindeki distal kısım manuplasyon ile düzleştirilebilir yapıda olmalıdır.
 9. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmeli. Ayrıca üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
 10. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
 11. CE onaylı olmalıdır. Firma malzemenin miadına 3(üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
 12. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
- Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.

Dr. Sahar KELEŞOĞLU
Kardiyoloji Uzmanı
T.C. Kimlik No: 402328
Erciyes Üni. Tıp Fak. Hastaneleri

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji Uzmanı
T.C. Kimlik No: 3622
Erciyes Üni. Tıp Fak. Hastaneleri

DIAGNOSTİK KATATER ŞARTNAMESİ

1. Kateterlerin dış çapı 61", uzunlukları 110 cm olmalıdır.
2. Kateter, içinden 0,038 Guide wire geçecek kadar geniş lümene sahip olmalıdır.
3. 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Kateterin içi paslanmaz çelik örgülü olup, özel Nylon türevi materyalden yapılmış olmalıdır.
5. Kateter maksimum kink direnci, mükemmel pusabilite, ye torkabilite sağlamalıdır.
6. Süper soft, atravmatik tip, damar travmalarını minimize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Pigtailözelliğesahipolmalıdır.
8. Kateterorjinalambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.
9. Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi, tarihi ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
10. CE onaylı olmalıdır.

Dr. Şaban KELEŞOĞLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 102328
Erciyes Üniv. Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Dip. No: 622
Kardiyoloji A.B.D.
Erciyes Üniv. Tıp Fak. Hastaneleri