

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
26.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **GÖZ HASTALIKLARI A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	25 G TIRTIKI MEMBRAN PİCK (TEK KULLANIMLIK)	5 ADET	
2	2.8 BIÇAK	250 ADET	
3	MVR SİRELLO BIÇAK 20 G	100 ADET	
4	5/0 ETHİBOND SÜTÜR	30 ADET	
5	PC 9 SÜTÜR	60 ADET	
6	10/0 NAYLON SÜTÜR	60 ADET	
7	6/0 İPEK SPATÜL SÜTÜR 8 MM	60 ADET	
8	ELEKTROTERMAL KOTER	12 ADET	
9	KAPSÜL GERME HALKASI (SÜTÜRSÜZ)	25 ADET	
10	KAPSÜL GERME HALKASI (SÜTÜRLÜ)	20 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		

A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **09/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalmal@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

1-MEMBRANE PICK 25 GAUGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Ürün tek parça ve ne tür membrane pik olduğunu belirten renk kodu olmalıdır,
2. Alet elden kaymayı engelleyecek bir yapıda olmalıdır.
3. Alet üzerinde kod numarası ve markası belirtilmiş olmalıdır,
4. Alet ucu Eckardt membrane pik özellikli ve sivri uçlu olmalıdır,
5. Alet ucu yüksek kaliteli çelikten üretilmiş olmalı ve mikroskop ışığı altında parlamamalıdır.
6. 25 G ölçüsünde olmalıdır.
7. Ürünle ilgili katalog bırakılmalıdır

2- 2.8 MM TEK KULLANIMLIK BİÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Bıçak fako ameliyatlarında kesi yapmak amacıyla 2.8 mm, 45 Derece açılı olarak üretilmiş olmalıdır.
- 3-CE belgesi olmalıdır. Orijinal ambalajında steril olacaktır. Ambalaj üzerinde ürüne ait üretim yeri , sterilizasyon bilgileri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi, CE uygunluk numarası olmalıdır.
- 4-Steril ambalaj içerisinde uç kısmı görülebilmelidir.
- 5- Bıçağın ucu parlamamalıdır.
- 6- Numuneler klinikte denendikten sonra seçim yapılacaktır.

3- MVR-STİLETTO BİÇAK 20 G

- 1- 20 Gauge 45 derece açılı olmalıdır
- 2- Kutularda tek tek steril edilmiş olmalıdır.
- 3- Handle elden kaymaması için üzerinde tırtıklar bulunmalıdır.
- 4- Ürün taşınma aşamasında veya tekrar steril olma aşamasında zarar görmemesi için; sert ısıya karşı dayanıklı koruyucu ambalaj içerisinde satılmalıdır.
- 5- Ürünün numunesi denendikten sonra klinik tarafından seçim yapılacaktır.

4- 5/0 ETHIBOND POLYESTER- ETHIBOND TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme polyesterden örgülü olarak imal edilecektir.
- 2- Üzerinde polybutilat kaplama olacaktır.
- 3- Beher poşet içerisinde malzeme etilen oksitte steril edilmiş bir şekilde paketli olacaktır.
- 4- CE belgesi olmalıdır.
- 5- Beher alüminyum folyo üzerinde malzeme ile ilgili bilgilerin yanı sıra 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resimde basılı olacaktır.
- 6- Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve usp karşılığı, ürün katalog numarası,ürün tanıtımı sterilizasyon şekli basılı olacaktır.
- 7- Sağlık bakanlığı tarafından verilen ithalata yeterlilik belgesi olacaktır.
- 8- Beher kutu üzerinde sağlık bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi no su TSE logo ve TSE numarasının yer aldığı etiket olmalıdır.
- 9- İğne uzuluğu 8.0 mm, dairesi ¼, sütür uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
- 10-Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanım süresi olmalıdır.

5- PERFLOROKARBON (DECALİNE)

- 1-Ürün en az 5 ml hacminde olmalıdır.
- 2-Ürünü vermek için kliniğimizdeki mevcut olan cihaza bağlanabilir steril sıvı verme adaptörü ile beraber tek bir paket içinde her ürünle beraber 1 adet adaptör verilecektir
- 3- Ürünün toksik özelliğinin yok edilmesi için mutlaka saflaştırılmış olması gereklidir.
- 4- Ürün en az 99.5% ve fazlası miktarda perfluorodecaline içermelidir.

Doç. Dr. Metin
Göz Hastalıkları
Dip.Tes.No: 135726
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üye Hidayet ŞENER
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No: 145076
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

5- Numuneler klinik tarafından denendikten sonra karar verilecektir.

6- SİLİKON YAĞI 5000 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Vitreoretinal cerrahide tampon amaçlı kullanılmak üzere, kuru ısı sterilizasyonuna sahip pürifiye edilmiş silikon yağı içermelidir.
- 2- Steril torbada 8-10 ml lik cam enjektörde olmalıdır.
- 3- Görüntüsü berrak, kokusuz olmalıdır.
- 4- Viskozitesi 25° de 5000 cst, Refraktif indeksi 1.4 olmalı ve oda ısısında (25°) saklanabilmelidir.
- 5- Üzerinde etiket olmalı ve lot numarası bulunmalı, Sağlık Bakanlığından ithal izni olmalıdır.
- 6- Teklif sırasında ürünün numunesi bırakılmalıdır. Numuneler denendikten sonra karar verilecektir.
- 7- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık süre içermelidir.

8- PC 9 SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Monofilament polypropilenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Teslim edilen malların son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
3. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaylıkla ve minumun travmayla deforme olmadan geçmelidir, yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Malzemeler tek tek steril poşetlerde, nemden, ısıdan etkilenmeyecek şekilde ve orijinal kutularında teslim edilmelidir.
5. Sütür Pc 9 tipinde 10-0 poli propilen yapıda, 16mm ¼ çift spatul iğneli, en az 20 cm uzunlukta, mavi renkte olmalıdır.
6. Numuneler klinik tarafından denendikten sonra karar verilecektir.

9- 10/0 SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Malzeme içeriği Polyamide olmalıdır
- 2-No: 10- 0, 140 micron kalınlıkta 6,5 mm çift iğneli, giriş uzunluğu 6 mm, 3/8 gövdeli spatül yapıda, en az 30 cm uzunlukta olmalıdır. Bir adet numune verilmelidir.
- 3-Monofilaman yapıda olmalıdır
- 4-Sentetik olmalıdır
- 5-Emilmeyen sütür olmalıdır
- 6-Malzeme mavi veya siyah renkli olmalıdır.
- 7-İğne göz mikrocerrahisine uygun nitelikte olmalı kornea cerrahisinde sütür dibinden sızmaya yol açmamalıdır.
- 7-Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır
- 8-Son kullanma tarihi poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.
- 9-Malzeme ISO 9001 standardına uygun olmalıdır
- 10-CE standardına uygun olmalıdır

Doç. Dr. Metin ÖNLU
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dış Tıp A.D. 1397 Tel: 100980
Erciyes Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Öğr. Üye Hidayet ŞENER
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dış Tıp A.D. No: 145076
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

- 11-İğne boyları istenilen ebatta ve sütün uzunlukları USP standardına ve EU standartlarına uygun olmalıdır
- 12-Malzeme pürüzsüz olmalıdır
- 13-Malzeme yumuşak olmalıdır
- 14-Absorbe olmayan sütün sınıfına girse de her yıl %15-20 si vücut tarafından hidroliz yoluyla emilmelidir.
- 15-İstekli firmaların resmi satıcılık yetkileri olmalıdır.

10- 6/0 İPEK YUVARLAK İĞNELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Malzeme emilmeyen doğal örgülü, silikonize non-kapiller atravmatik ipekten imal edilmelidir.
- 2-Son kullanma tarihleri kutu ve poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.
- 3-Beher poşet üzerinde malzeme ile ilgili bilgilerin yanı sıra iğnenin profil resmi basılı olmalıdır.
- 4-Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve usp karşılığı, katalog numarası olması gerekir.
- 5-CE veya TSE belgesi olmalıdır.
- 6-Beher poşet içinde malzeme steril şekilde poşetli olmalıdır.
- 7-Etilen oksit gazıyla veya ışınlama ile steril edilmelidir
- 8-Ürünlerin yuvarlak iğneli, iğne dairesi 3/8, iğne uzunluğu 13 mm olmalıdır. Sütün uzunluğu en az 45 cm olmalıdır.
- 9-Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanım süresi olmalıdır.
- 10-Teklif sırasında ürünün numunesi bırakılmalıdır.
- 11- Ürünün numunesi denendikten sonra klinik tarafından seçim yapılacaktır.

11- DISPOSIBLE PİLLİ ELEKTRO KOTER

- 1.Cerrahi operasyonlarda koterizasyon için kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
- 2.Steril pakette verilmelidir.

Doç. Dr. Metin ÜNLÜ
Göğüs Hastalıkları AD.
Dip. Teş. No: 135710-102080
Etiler Üni. Hastanesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Öğr. Üye Hidayet ŞENER
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Teş. No: 145076
Etiler Üni. Hastanesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

13- KAPSÜL GERME HALKASI (sütürsüz)

- 1- Orjinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olacaktır.
- 2- PMMA' dan mamul olmalıdır. Tek parçalı olmalıdır
- 3- Çapı 11- 13 mm aralığında olmalıdır.
- 8- CE belgesi bulunmalıdır
- 9- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.
- 10- Ürünün numunesi bırakılmalıdır. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.

14- KAPSÜL GERME HALKASI (sütürlü)

- 1-Orjinal ambalajında ,steril ve tek kullanımlık olacaktır.
- 2-Polimetilmetakrilattan imal edilmiş ve esnek yapıda olacaktır.
- 3-Halka çapı 11(onbir) ile 13(onüç) milimetre arasında olacaktır.
- 4-Göz içi cerrahisinde kullanıma uygun olacaktır.2 ucunda ki fiksasyon halkaları yanında sağda ve solda ortadan da toplam 2 adet fiksasyon halkası olmalıdır
- 5-Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.
- 6- Ürünün numunesi bırakılmalıdır. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.

Doç. Dr. Murat ÜNLÜ
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 175719-102080
Erciyes Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞENER
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 1145076
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri